

EK-1

(Değişik:R.G.-11/3/2009-27166)

ÖZEL HASTANELERDE ASGARÎ BULUNDURULACAK SAĞLIK PERSONELİ

| |
|--|
| I-MESUL MÜDÜR Hastanede kadrolu olan ve muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışmayan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir. |
| II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI Mesul müdür ile aynı çalışma durumunda olan tabip veya uzman tabiplerden en az bir mesul müdür yardımcısı olabilir. |
| III-UZMAN TABİP Genel hastaneler: Kadrolu çalışan üçü cerrahi uzmanlık dalında olmak üzere ayrı dallarda asgari altı klinik uzman tabip Dal Hastaneleri: Hastanenin ana faaliyet dalında kadrolu çalışan asgari dört uzman tabip ile varsa ana faaliyeti ilgilendiren diğer uzmanlık dallarında kadrolu en az birer uzman tabip |
| IV-ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI Cerrahi uzmanlık dalı bulunan her hastane için tüm genel anestezi işlemlerine katılmak şartıyla kısmi zamanlı en az bir uzman |
| V-BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez) |
| VI-MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez) |
| VII-RADYODİAGNOSTİK UZMANI Ağız ve diş sağlığı ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez) |
| VIII-Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (Hastane bünyesine kurulmuş ise, laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez) |
| IX- TABİP Acil ünitesinde en az dört tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilirler. Veya pratisyen tabip, aile hekimliği uzmanı veya acil tıp uzmanı istihdam edilebilir. |
| X-DİŞ TABİBİ Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren hastaneler için her diş ünitesi için en az bir diş tabibi |
| XI-BAŞHEMŞİRE Her hastane için bir başhemşire |
| XII-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü) -Her beş hasta yatağı için en az bir, - Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az iki, -Yenidoğan yoğun bakım da dahil yoğun bakımlarda, Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım sınıflandırmasına uygun sayıda, -Doğum kliniğinde beş bebek hasta yatağı için en az iki (Başlangıçta Neonatal Resüsitasyon Programı eğitimi almış en az bir kişi olması gerekir. Burada çalıştırılacak personel, faaliyet izin belgesinin düzenlenmesinden itibaren en geç bir ay içinde olmak kaydıyla, sırasıyla |

| |
|---|
| neonatal resüsitasyon programı eğitimine gönderilir), -İlave her üç bebek yatağı için en az bir, -25/A. maddeye oluşturulan gözlem ünitesinde her üç gözlem yatağına en az bir. |
| XIII-EBE Her doğum masası için en az bir |
| XIV-ECZACI 50 ve üzeri yatağı olan her hastane için en az bir |
| XV-FİZYOTERAPİST Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir (Eğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, tedavi kapsamındaki uygulamaları bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist istihdamı zorunlu değildir) |
| XVI-DİYETİSYEN Her hastane için en az bir |
| XVII-TIBBİ TEKNİSYENLER -Anestezi teknisyeni, çalıştırılan her anestezi cihazı için en az bir, -Laboratuar teknisyeni, her laboratuar için en az bir, -Röntgen teknisyeni, sabit her röntgen teşhis cihazı için en az bir, -Diş protez teknisyeni, diş protez laboratuvarı bulunan hastaneler için en az bir, -Acil tıp teknisyeni, acil ünitelerde en az üç ve her ambulans için en az bir |
| XVIII-FİZİK MÜHENDİSİ veya RADYASYON FİZİKÇİSİ -Radyoterapi ünitesi bulunan her hastane için en az 1 |
| XIX-DİĞER PERSONEL Yeterli sayıda hizmetli personel ve güvenlik görevlisi, |
| NOT: -Uyku laboratuvarı bulunan hastanelerde Nöroloji uzman tabibi dışında başka bir uzman tabip çalışacak ise bu tabibin konuyla ilgili sertifikası istenir. -EEG ve EMG bulunan hastanelerde bu alanda çalışacak sağlık personelinin sertifikası istenir. |

”

EK- 2

ÖZEL HASTANELER DENETİM FORMU

Denetlenen Hastanenin :
Adı :
Adresi :
Sahibinin Adı :
Ruhsat Tarih ve Sayısı :
Faaliyet İzin Belgesinin tarihi :
Faaliyet İzin Belgesinin sayısı :
Faaliyete Başlama Tarihi :
Hastane Yatak Sayısı :
Hasta Yatak Sayısı :
Hasta Gözlem Yatak Sayısı :
Kabul Ettiği Uzmanlık Dalları :
Hizmet Verdiği Diğer Birimler :
Mevcut Grubu :
Mesul müdürün
Adı-Soyadı :
Uzmanlık Dalı :
Mesul Müdürlük Belgesi

Tarih ve Sayısı :

Mesul müdür yardımcısının

Adı-Soyadı :

Uzmanlık Dalı :

Mesul Müdür Yardımcısı Belgesi

Tarih ve Sayısı :

Denetim Tarihi :...../...../.....

Daha önce yapılan denetim tarihleri:

1 BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER

| FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER | MEVZUATA UYGUN/ MEVZUATA UYGUN DEĞİL | EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE | EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK- VERİLECEK CEZA | AÇIKLAMALAR |
|---|--------------------------------------|--|---|-------------|
| 1-Hastanenin ruhsatında kayıtlı ismi kullanılıyor mu? | | 1 ay | Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 2- Hastanenin adresi ruhsatta kayıtlı adres ile aynı mı? | | 1 ay | Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 3- Hastanenin sahip değişikliği var mı? | | 1 ay | Hastanenin 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 4- Hastanenin sahipliği azınlık veya Yabancılara ait mi? | | | | |
| 5-Azınlık veya Yabancılara ait Hastane ise yabancı uyruklu çalışanlar var mı? | | 10 gün | Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 6- Mesul müdür görevi Bakanlığa bildirilen personel | | 10 gün | Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| tarafından yürütülüyor? | | | faaliyetlerini durdurma | |
| 7- Mesul müdür Belgesi var mı? Asılı mı? | | Mesul müdür uyarılır. | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 8- Mesul müdür başka bir yerde çalışıyor mu? | | Mesul müdür uyarılır. | Başka yerde çalışmaya devam eden mesul müdür görevi iptal edilir. Yeni mesul müdür tayin edilmesi için 5 iş günü süre tanınır. | |
| 9- Mesul müdür yardımcılığı görevi Bakanlığa bildirilen personel tarafından mı yürütülüyor? | | 10 gün | Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 10- Mesul müdür Yardımcılığı Belgesi var mı? Asılı mı? | | Mesul müdür uyarılır. | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 11- Mesul müdür yardımcısı başka bir yerde çalışıyor mu? | | Mesul müdür uyarılır. | Başka yerde çalışmaya devam eden mesul müdür yardımcısı görevi iptal edilir. Yeni mesul müdür yardımcısı tayin edilmesi için 5 iş günü süre tanınır. | |
| 12- Birden fazla mesul müdür yardımcısı bulunduğu durumlarda 11,12,13. üncü maddeler her mesul müdür yardımcısı için uygulanır. | | | | |
| 13- Hastane faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzmanlık dalları dışında hasta kabul ve tedavi ediliyor mu? | | İlgili uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi derhal yasaklanır ve bu uzmanlık dallarının ruhsata ilavesi için 1 ay süre verilir. | Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| (Değişik:R.G.-11/3/2009-27166) 14)-a) Hastane faaliyeti için gerekli asgari sayıda kadrolu uzman | | | a) Faaliyet için gerekli asgari sayıya ulaşmak için eksilen uzman tabip yerine üç ay içinde uzman tabip bulunamaz ise | |

| | | | | |
|---|--|------------------|---|--|
| <p>tabip mevcut mu?</p> <p>b) Asgari sayı fazlası olan dallardaki uzman tabiplerden ayrılan var mı?</p> <p>c) Aynı dalda birden fazla sayıdaki uzman tabiplerinden ayrılan var mı?</p> <p>d) Ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre çalıştırılan tabiplerden uzmanlık dalı faaliyet izin belgesine eklenen tabip/tabiplerden ayrılan var mı?</p> | | | <p>bu sürenin sonunda ruhsat, asgari sayıda kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar dört yıl süreyle askıya alınır. Tabip sayısı bu süre içinde asgari sayıya ulaşır ise ruhsat geri verilir. Dört yılın sonunda asgari sayıda kadrolu uzman tabip istihdamı olmaz ise, ruhsat sürekli olarak geri alınır ve ek 4 üncü maddedeki planlama hükümleri uygulanır. Askı süresi içinde talep halinde tıp merkezi faaliyeti gösterilebilir.</p> <p>b) İlgili uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi kadrolu uzman tabip/tabipler bulununcaya kadar durdurulur.</p> <p>c) Ayrılan tabibin çalışma belgesi geçersiz sayılır. Yerine aynı uzmanlık dalında bir yıl içinde yeni tabip bulunur ise çalışma belgesi düzenlenir.</p> <p>d) Ayrılan varsa, Ek 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır. Ayrılan tabibin yerine aynı benddeki statüde yeni tabip bulunursa, en geç beş iş günü içinde çalışma belgesi müdürlükçe onaylanır. Uzmanlık dalı on beş iş günü içinde faaliyet izin belgesine eklenir.</p> | |
| <p>(Değişik:R.G.-11/3/2009-</p> | | <p>5 iş günü</p> | <p>Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik</p> | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 27166) 15- Hastanede çalışan uzman tabiplerin çalışma belgesi var mı? Poliklinik odasında asılı mı? | | | faaliyeti 5 gün durdurulur. | |
| 16- Hastanede çalışan tabiplerin sayısı EK-1'de belirtilen standartlara uygun mu? | | 10 gün | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 17- Hemşire-sağlık memuru-ebe mevcudu EK-1'de belirtilen standartlara uygun mu? | | 10 gün | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 18- Diğer sağlık personeli mevcudu EK-1'de belirlenen standartlara uygun mu? | | 10 gün | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 19- İdari, teknik ve diğer yardımcı personel mevcudu EK-1'de belirlenen standartlara uygun mu? | | 1 ay | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 20- Hastanede kadrolu çalışan uzman tabip, tabip, hemşire ve diğerleri için sigorta primleri bordrosu mevcut mu? | | Mesul müdür uyarılır ve ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir. | Noksanlığın diğer denetimde de tespiti halinde hastanenin tamamında 10 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 21- Herhangi sosyal güvenlik kuruluşundan gelir ve aylık almakta olup Hastanede çalışanlar için (uzman tabip, tabip, hemşire ve diğerleri) Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu mevcut mu? | | Mesul müdür uyarılır ve ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir | Noksanlığın diğer denetimde de tespiti halinde Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| 22- Yabancı uyruklu tabip çalıştırılıyor mu? Yabancı uyruklu tabip çalıştırılıyor ise ne amaçla bulunuyor / çalışıyor? | | | | |
| 23- Kamu hastanesinde çalışan hekim çalıştırılıyor mu? çalıştırılıyor ise, yetkili mercilerden izin alınmış mı? | | İzinsiz çalışanlar için mesul müdür uyarılır3 gün | Yönetmeliğin 64 üncü madde hükmü uygulanır. İzinsiz çalışan kamu personeli için kurumuna bildirilir . | |
| 24- Yabancı uyruklu tabip çalıştırılıyor ise, yetkili mercilerden izin alınmış mı? | | İzinsiz çalışanlar için mesul müdür uyarılır3 gün | İzinsiz çalışan yabancı uyruklu tabip bulunması ve diğer denetim de tesbiti halinde hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 25- Çalışma izni olmayan tabip çalıştırılıyor mu? | | Mesul müdür uyarılır | Çalışma izni bulunmayan tabip çalışmasının devamı durumunda hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 26- Çalışan tüm personelin hastane kayıtları ve müdürlüğe bildirim yapılmış mı? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 27- Personelin kılık kıyafeti 59 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 28- Personel kimlik kartı taşıyor mu? | | Mesul müdür uyarılır 3 gün | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 29- İşyeri hekimi var mı.? | | | | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 30- işyeri hekimi görev tanımına uygun faaliyette bulunuyor mu? Çalışanların sağlık kontrolleri rutin olarak yapılıyor mu?(hangi periyotlarda?) | | | | |
| 31- Tıbbî kayıt ve arşiv sistemi 48 inci ve 49 uncu maddelerde belirtilen esaslara uygun mu? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 32- Kayıtlar bilgisayar ortamında tutuluyor ise, 50 inci maddede belirtilen esaslara uygun mu? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 33- Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun denetim defterleri mevcut mu? | | Mesul müdür uyarılır 3 gün | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 34- Adlî vakaların güvenlik makamlarına bildirim, 58 inci maddede belirtilen esaslara uygun yapılıyor mu? | | Mesul müdür uyarılır 7 gün | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 35- Uygulanan gündelik yatak ücretleri Bakanlıkça belirlenen ücretlere uygun mu? | | Mesul müdür uyarılır | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 36- Ücretsiz hasta tedavilerinde 56 ncı maddede belirtilen esaslara uyuluyor mu?- | | Mesul müdür uyarılır | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 37- Ücretsiz tedavi edilen hasta sayısı? | | | | |
| 38- Hastalara düzenlenen faturalar 51 inci maddede belirtilen esaslara uygun mu ? | | Mesul müdür uyarılır | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|---|--|
| 39- Hastane için kullanılan yönlendirme levhaları, matbu evraklardaki logolar, tanıtıma yönelik uygulamalar 60 ncı maddede belirtilen esaslara uygun mu? | | Mesul müdür uyarılır | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 40- Reklam yasağına uymadığı için daha önce ceza almış mı? | | | | |
| 41- Ceza aldı ise cezanın konusu? | | | | |
| 42- Tanıtım ve bilgilendirme düzenlemesine uymadığı için daha önce ceza almış mı? | | | | |

2. BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİLER

| HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER | MEVZUATA UYGUN/ MEVZUATA UYGUN DEĞİL | EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE | EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK VERİLECEK CEZA | AÇIKLAMALAR |
|---|--------------------------------------|--|---|-------------|
| 1- Hastanenin genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı ? (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) | | Mesul müdür uyarılır 3 gün | Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma | |
| (Değişik:R.G.-23/7/2008-26945) 2- Acil ünitesi, 26 ncı ve 39 uncu maddelerde belirtilen standartlara uygun mu? | | Mesul müdür uyarılır.10 gün | Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında faaliyet durdurma | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 3-Acil ünitesi açık ve çalışır durumda mı? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma | |
| 4-Acil ünitesinde yeterli uzman tabip ve diğer personel ile donanım hazır bekletiliyor mu? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma | |
| 5- (Mülga.R.G.-23/7/2008-26945) | | | | |
| 6-Acil tabelası görülebilecek bir yerde asılı mı? | | Mesul müdür uyarılır | Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurma | |
| 7-Ek-5 ve EK-6'daki tıbbî donanım ile ilaçlar mevcut mu? | | Mesul müdür uyarılır | Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurma | |
| (Değişik:R.G.-11/3/2009-27166) 8-Ambulans hizmetleri 40 ıncı maddede belirtilen standartlara uygun mu? | | Mesul müdür uyarılır 1,5 ay | Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurulur. | |
| 9-Ambulans hastaneye mi ait? | | | | |
| 10-Ambulansın plaka numarası ? | | | | |
| 11-Acil ünitesinde 48 inci maddede belirtilen esaslara uygun protokol defteri tutuluyor mu? | | Mesul müdür uyarılır 3 gün | Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma | |
| 12-Hasta nakil sürecinde hastanın gereksinimlerine uygun taşıma gerçekleştiriliyor mu? | | Mesul müdür uyarılır | Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma | |

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|
| 13- Hastanede acil vakalar için kullanılan acil çağrı sistemi mevcut mu? | | | | |
| 14- Acil çağrı sistemi varsa çalışma sistemi yazılı olarak belirlenmiş mi? | | Mesul müdür uyarılır | Yazılı hale getirilmesi sağlanır. | |
| 15- Hastanede hemşire çağrı sistemi mevcut mu? | | Mesul müdür uyarılır 1 ay | Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma | |
| 16- Acile müracaat eden toplam hasta sayısı? (Yıl / Ay) | | | | |
| 17- Acilden sevk edilen toplam hasta sayısı? (Yıl/ Ay) | | | | |
| 18- Poliklinik oda sayısı ? | | | | |
| 19-Her tabibe ait poliklinik muayene odası mevcut mu? | | | | |
| 20- Hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan her uzmanlık dalı için ayrılmış poliklinik muayene odası bulunuyor mu? | | Mesul müdür uyarılır | Poliklinik Odası bulunmayan uzmanlık dallarında oda temin edilinceye kadar faaliyet durdurulur. | |
| 21- Poliklinik odası 23 üncü maddelerde belirtilen standartlara uygun mu? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Uygun Poliklinik Odası bulunmayan uzmanlık dallarında oda temin edilinceye kadar faaliyet durdurulur | |
| 22- Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği 23 üncü maddede belirtilen standartlara uygun mu ? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Poliklinik Odası uygun hale gelinceye kadar uzmanlık dalında faaliyet durdurulur. | |
| 23- Üroloji polikliniği 23 üncü maddede belirtilen standartlara uygun mu ? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Poliklinik Odası uygun hale gelinceye kadar uzmanlık dalında faaliyet durdurulur. | |
| 24- Poliklinik muayene odalarında, 48 inci maddede belirtilen esaslara uygun protokol defteri tutuluyor mu? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| 25- Ameliyathaneler 24 üncü maddede belirtilen standartlara uygun mu ? | | Mesul müdür uyarılır | Cerrahi uzmanlık dallarında |
| 26- Ameliyathanede hepafiltreli havalandırma sistemi mevcut mu ? | | Mesul müdür uyarılır | poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur |
| 27- Kullanılan havalandırma sistemine ait partikül ölçümleri yapılmış mı? (ölçüm sonuçları denetim formuna eklenecektir) | | Mesul müdür uyarılır | |
| 28- Partikül ölçümleri hangi aralıklarla yaptırılıyor ? | | | |
| 29- Ameliyathanenin enfeksiyonlara karşı korunması amacıyla Enfeksiyon Koruma Yönergesi hazırlanmış mı? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | |
| 30- Ameliyathanenin işlem süreçleri yazılı olarak hazırlanmış mı? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Cerrahi uzmanlık dallarında |
| 31- Ameliyathanede, 48 inci maddede belirtilen esaslara uygun kayıtlar tutuluyor mu? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur |
| 32- Kullanılan anestezi ve anestezi tekniği, hastanın anestezi kayıtlarına giriliyor mu? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | |
| 33- Ameliyathanede atıklar ve çöpler ayrı ayrı toplanıp depolanıyor mu ? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Ameliyathane faaliyetlerinin 3 gün durdurulması |
| 34- Açık kalp ameliyatı yapılıp-yapılmadığı, yapılıyor ise yıllık ameliyat sayısı | | | |
| 35- Yoğun bakım ünitesi 25 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ? | | Mesul müdür uyarılır | İlgili uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur. |
| 36- Yoğun bakım ünitelerinde hepafiltreli havalandırma sistemi mevcut mu ? | | Mesul müdür uyarılır 1 ay | Yoğun bakımlarda havalandırma sistemi kuruluncaya kadar İlgili uzmanlık dallarında yalnızca poliklinik hizmeti verilir |
| 37- Kullanılan havalandırma sistemine ait partikül ölçümleri yapılmış mı? (ölçüm sonuçları denetim formuna | | Mesul müdür | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|--|
| eklenecektir) | | uyarılır | durdurma | |
| | | 1 ay | | |
| 38- Partikül ölçümleri hangi aralıklarla yaptırılıyor? | | | | |
| 39- Yoğun bakım yatak sayısı: Dahili yoğun bakım:..... Cerrahi yoğun bakım:..... Koroner yoğun bakım:..... KVC yoğun bakım:..... Yenidoğan yoğun bakım:..... Diğer..... | | | | |
| 40- Hastanen yoğun bakım veya özel servislerine alınacak hastaların belirlenmesi için standart oluşturmuş mu? Yazılı olarak süreçler belirlenmiş mi? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 41- Yoğun bakım ünitesinde de atıklar ve çöpler ayrı ayrı toplanıp depolanıyor mu ? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| Hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan Laboratuvarlar veya hizmet satın aldığı laboratuvarlar? | | | | |
| 42- Mikrobiyoloji laboratuvarı 28 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ? | | Mesul müdür uyarılır 1 ay | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 43- Mikrobiyoloji laboratuvarının sorumluluğunu yürüten uzmanın: Adı :..... Soyadı:..... | | | | |
| 44- Biyokimya laboratuvarı 28 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ? | | Mesul müdür uyarılır 1 ay | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 45- Biyokimya laboratuvarının sorumluluğunu yürüten uzmanın: Adı :..... Soyadı:..... | | | | |
| 46- Radyoloji ve diğer laboratuvarı 28 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ? | | Mesul müdür uyarılır 1 ay | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>47-Radyoloji laboratuvarının sorumluluğunu yürüten uzmanın: Adı :..... Soyadı:.....</p> | | |
| <p>48-İleri görüntüleme üniteleri var mı? Neler ?</p> | | |
| <p>49-Radyoterapi ünitesi var mı?</p> | | |
| <p>50-Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen diğer laboratuvarlar var mı? Varsa: Laboratuvarın Türü:..... Sorumlu uzmanın Adı Soyadı:.....</p> | | |
| <p>51-Radyoloji laboratuvarı ilgili mevzuatına uygun mu?</p> | <p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p> | <p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p> |
| <p>52-Hasta ve çalışanları risk ve tehlikelere karşı korumaya yönelik radyasyon güvenlik programı var mı?</p> | <p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p> | <p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p> |
| <p>53-Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen görüntüleme v.b diğer laboratuvarlar ilgili mevzuata uygun mu?</p> | <p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p> | <p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p> |
| <p>54-Tüm laboratuvar ve görüntüleme cihazlarının düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonunun yapılmasını sağlamaya yönelik bir program var mı?</p> | <p>Mesul müdür uyarılır 10 gün</p> | <p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p> |
| <p>55-Cihazların kalibrasyon ölçümleri hangi aralıklarla yaptırılıyor?en son kalibrasyon yaptırılma tarihi?</p> | | |
| <p>56-Her tamirden sonra cihazların kalibrasyon ölçümleri yeniden yaptırılıyor mu?</p> | <p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p> | <p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>57-Laboratuvarlar için bir kalite kontrol programı var mı? Radyoloji laboratuvarı:..... Biyokimya Laboratuvarı:..... Mikrobiyoloji Laboratuvarı:..... Diğer laboratuvarlar:.....</p> | | | | |
| <p>58- Numunelerin toplanması, tanımlanması güvenli bir şekilde transferi ve atılması için belirlenmiş bir program var mı?</p> | | <p>Mesul müdür uyarılır 10 gün</p> | <p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p> | |
| <p>59- Doğum hanede çalışan NRP eğitimi almış en az iki personel var mı? (en az bir tabip ve bir hemşire yada ebe)</p> | | <p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p> | <p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p> | |
| <p>60- Doğum eyleminde görevli personellerin NRP eğitimi tamamlanmış mı?(en az bir tabip ve bir hemşire yada ebe)</p> | | <p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p> | <p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p> | |
| <p>61- Bebek Dostu Hastane Çalışmalarından sorumlu personel var mı?</p> | | <p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p> | <p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p> | |
| <p>62- Hastane Bebek Dostu Hastane ünvanı almış mı?</p> | | | | |
| <p>63- Hastane Bebek Dostu Hastane ünvanı almak için başvuru yapmış mı? tarihi?</p> | | | | |
| <p>64- Bebek Dostu Hastane ünvanı almak için Bebek Dostu Hastaneler değerlendirme ekibi tarafından değerlendirme yapılmış mı?</p> | | | | |
| <p>65-Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen ÜYTE, diyaliz, organ ve doku nakli gibi merkezler, ilgili mevzuata uygun mu?</p> | | <p>Mesul müdür uyarılır</p> | <p>Uygunluk sağlanıncaya kadar ilgili merkezlerde faaliyet durdurulur.</p> | |
| <p>66-Eczane ve eczane hizmetleri, 27 nci ve 41 inci maddelerde belirtilen standartlara uygun mu ?</p> | | <p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p> | <p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p> | |
| <p>67- Hastanede bulunan tüm birimler ve yapılan işlemler için bir işlem süreci belirlenerek iç hizmet yönergesi hazırlanmış mı?</p> | | <p>Mesul müdür uyarılır</p> | <p>Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p> | |

| | | | | |
|---|--|--|----------|--|
| Hazırlanan iç hizmet yönergesi personele duyurulmuş mu? | | | durdurma | |
|---|--|--|----------|--|

3. BÖLÜM: BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER

| | MEVZUATA UYGUN / UYGUN DEĞİL | EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE | EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK / VERİLECEK CEZA | AÇIKLAMALAR |
|--|--|---|--|--------------------|
| 1- Bina özel hastane olarak mı projelendirilmiş, başka amaçla yapılan binadan mı hastane dönüştürülmüş? | | | | |
| 2- Ön izin belgesi var mı? Tarih:...../...../..... Sayı:..... | | | | |
| 3- Ruhsatı ve faaliyet izin belgesine esas dosyadaki belgelerde belirtilen hususlarda değişiklik var mı? | | 15 gün | Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 4- Müşterek teknik rapora uygun olmayan düzenlemeler var mı? | | 15 gün | Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 5- Ruhsatlandırılmış bölümler dışında ek bina veya tesis var mı? | | Ek binada hizmet derhal durdurulur. | Ruhsat dışı kısımlarda hiç bir şekilde sağlık hizmeti sunulamaz. | |
| 6- Hastanenin herhangi bir yerinde kullanımına ayrılmış barınma/konaklama alanları var mı? | | 1 ay | Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 7- Yapı kullanma izni belgesi veya ilgili belediyeden Yapı kullanma izni belgesi yerine alınan belge mevcut mu? | | 1 ay | Hastanenin tamamında 5 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |

| | | | | |
|---|--|------|---|--|
| 8- İlgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış depreme dayanıklılık raporu mevcut mu? | | 1 ay | Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 9- Deprem raporunun onayı yapılmış mı? | | | | |
| 10- Deprem raporunu onaylayan kurum: | | | | |
| 11- Hastane de grup/ tür değişikliğini gerektirecek uygulamalar var mı ? (iptal edilmiş ya da ilave edilen üniteler, yatak sınıflarında değişiklik gibi.) | | 1 ay | Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 12- Hastanede iletişimi sağlamaya yeterli telefon santrali var mı? | | 1 ay | Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 13- Hasta odaları 20 nci ve 22 nci maddeler ile belirlenen fiziki standartlara uygun mu ? | | 1 ay | Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 14- Tüm koridorlar 31 inci madde ile belirlenen standartlara uygun mu ? | | 1 ay | Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 15- Merdivenler 31 inci madde ile belirlenen standartlara uygun mu ? | | 1 ay | Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 16- Hastanede kaç adet asansör var, asansörler 31 inci maddesi ile belirlenen standartlara uygun mu ? | | 1 ay | Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 17- Yönetmeliğin 31 inci ve 34 üncü maddelerde yer alan esaslara uygun olarak özörlülere ilişkin | | 1 ay | Hastanenin tamamında hasta kabul ve | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|
| hastane girişinde; hasta katlarında; otoparkta; tuvalet ve banyolarda; düzenlemeler yapılmış mı? | | | tedavisi süresiz durdurulur | |
| 18- Morg 35 inci madde ile belirlenen standartlara uygun mu? | | Mesul müdür uyarılır 1 ay | Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 19- Mutfak 36 ncı madde ile belirlenen standartlara uygun mu ? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 20- Mutfak hizmeti dışarıdan satın alınıyorsa sözleşme mevcut mu?Sözleşmenin bitiş tarihi? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | | |
| 21- Mutfak hizmeti sözleşmesi yapılan şirkette görevli diyetisyen var mı?(Sözleşmesi eklenecektir.) | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | | |
| 22- Yemekhane, kantin, personel soyunma-giyinme odaları gibi çalışanların istirahati ve ihtiyacı için ayrılan birimler yeterli mi? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | | |
| 23- Besinlerin hazırlanması taşınması, depolanması ve dağıtımının güvenli olmasını sağlayan bir süreç var mı? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | | |
| 24- Çamaşırhane 36 ncı madde ile belirlenen standartlara uygun mu ? Hizmet dışarıdan satın alınıyorsa sözleşme mevcut mu?Sözleşmenin bitiş tarihi ? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 25- Hastanenin içinde | | Mesul | Hastanenin | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|
| gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmış mı? | | müdür uyarılır 10 gün | tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 26 -Yangına karşı alınan önlemler ilgili mevzuata uygun mu? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma | |
| 27 -Yangın merdiveni var mı? | | Mesul müdür uyarılır 1 ay | | |
| 28 -Yangın merdivenin çıkışı içeriden açılacak şekilde düzenlenmiş mi ? | | Mesul müdür uyarılır 10 gün | | |
| 29 -Yangın alarm sistemi var mı? (çalıştırılarak denenecektir) | | Mesul müdür uyarılır 1 ay | | |
| 30-33 maddede yer alan esaslara uygun tıbbî atık deposu var mı? | | Mesul müdür uyarılır | | |
| 31 -Tıbbi atıklardan sorumlu personel belirlenmiş mi? | | Mesul müdür uyarılır | sorumlu personel belirlenmesi sağlanır | |
| 32 -Tıbbi atıklar konusunda yapılan en son hizmet içi eğitimin tarihi? | | | | |
| 33 -Merkezî sterilizasyon ünitesi var mı ? | | 1 ay süre | Cerrahi branşlarda hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur | |
| 34 -Merkezî tıbbî gaz sistemi var mı ? | | 1 ay süre | Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur | |
| 35 - Yeterli güç ve nitelikte jeneratör var mı ? | | 1 ay süre verilir | Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur | |
| 36 -Hasta ve yakınlarının dinlenme ve sosyal faaliyetleri için ayrılmış alanlar | | 1 ay süre verilir | Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| var mı? | | | durdurulur | |
| 37- Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yer alan dini görevlerin yerine getirilmesi için mekan ayrılmış mı? | | 1 ay süre verilir | Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur | |
| 38- Ek- Madde 2'de belirtilen hasta haklarına dair mevzuata uygun birim ve kurul oluşturulmuş mu? | | Mesul müdür uyarılır 5 gün süre verilir | Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur | |
| 39- Teşhis ve tedavi sürecinde hasta ve/veya ailesini bilgilendirmeye yönelik bir düzenleme ve uygulama var mı ? | | Mesul müdür uyarılır 5 gün süre verilir | Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur | |
| 40- Hastanın kayıtları veya hastanın bakım bilgilerinin bir özeti hastanın nakil edildiği birime gönderiliyor mu ? | | Mesul müdür uyarılır | Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur | |
| 41- Taburcu ve sevk için tanımlanmış bir süreç var mı ? | | Mesul müdür uyarılır | Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur | |
| 42- Hasta taburcu edildikten sonra ihtiyaç duyacağı destek ve medikal hizmetler ile tedavinin devamlılığına yönelik süreç tanımlanmış mı ? | | Mesul müdür uyarılır | Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur | |
| 43- Taburcu sonrası tedavinin devamı ile ilgili takip talimatları anlaşılır bir tarz ve şekilde hasta ve yakınlarına veriliyor mu ? | | Mesul müdür uyarılır | Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur | |
| 44- Hasta taburcu edilirken, hastanın başvuru nedeni, önemli bulguları, konulan teşhis, uygulanan prosedür, verilen ilaçlar, | | Mesul müdür uyarılır | Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|---|--|
| uygulanan diğer tedaviler, hastanın çıkartılırken ne durumda olduğu, dışarıda kullanacağı ilaçlar ve takip talimatlarının bulunduğu taburculuk özeti hazırlanıyor mu ? | | | | |
| 45- Hasta, ailesi veya hasta adına karar vericiler, cerrahi müdahale ile ilgili riskler, olası komplikasyonlar ve anestezi seçenekleri hakkında bilgilendiriliyor mu ? | | Mesul müdür uyarılır | Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur | |
| 46- Hasta ailesi ve yakınlarının gerektiğinde hastalığa ait risk faktörleri açısından bilgilendirilip değerlendirilmesini sağlayan bir süreç var mı ? | | | | |
| 47- Hastane içinde hasta ve yakınlarının eğitimi için uygun yapılanma ve mekanizmalar mevcut mu ? | | | | |
| 48- Hastanenin , tüm muayene, işlem ve tedavi süreçlerinde hastanın mahremiyetini koruyan düzenlemeler var mı ? | | | | |
| 49- Personelin, hasta ve ailesinin hakları konusunda bilgilendirilmesini sağlayan bir düzenleme var mı ? | | | | |

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| 50- Hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri alınıyor mu ? | | |
| 51- Hastanenin hasta şikayetleri ve bu şikayetlerin değerlendirilmesine yönelik bir düzenlemesi var mı ? | | |
| 52- Anestezi, ameliyat, kan ve kan ürünleri kullanımı ve diğer yüksek riskli işlemler ve tedaviler öncesi hasta veya hasta adına izin veren kişiler bilgilendirilip, izin alınıyor mu ? | | |
| 53- Kalite Yönetim Birimi mevcut mu? | | |
| 54- Hastanenin sahip olduğu kalite güvence belgesi var mı? | | |
| 55- Ulusal Akreditasyon Belgesi var mı? | | |
| 56- Uluslararası Akreditasyon Belgesi var mı? | | |
| 57- Verilen hizmetlerin tıbbi etik ilkelerine uygunluğunu izleyen bir kurul var mı? | | |
| 58- Tıbbi Etik Kurulunun görevleri yazılı hale getirilmiş mi? | | |
| 59- Kan ve kan ürünleri transfer Kurulu mevcut mu? | | |
| 60- Enfeksiyon kontrol komitesi mevcut mu? | Mesul müdür uyarılır 10 gün | Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur |
| 61- Kurumda nasokomiyal enfeksiyon riskini azaltmak için enfeksiyon kontrol ve önleme programı mevcut mu? | Mesul müdür uyarılır | Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|
| | | | | |
| 62- Hastanenin tüm bölge ve süreçleri enfeksiyon kontrol ve önleme programına dahil edilmiş mi? | | Mesul müdür uyarılır | Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur | |
| 63- Hastanenin enfeksiyon riskiyle ilgili yöntem ve süreçleri belirlenip, enfeksiyon riskini azaltmak için gerekli uygulamalar yapılıyor mu? | | Mesul müdür uyarılır | Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur | |
| 64- Enfeksiyon kontrol ve önleme programının koordinasyon ve uygulamasından sorumlu olan Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Komitesi belirlenmiş bir plan çerçevesinde görevini yapıyor mu? | | | | |
| 65- Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik yürütülen hizmetler var mı? Neler ? | | | | |
| 66- Mobil sağlık hizmetleri sunuluyor mu? | | | | |
| 67- Mobil sağlık hizmetlerinin sunumu için izin alınmış mı? | | Mesul müdür uyarılır | Mobil sağlık hizmetleri sunumu izin alınıncaya kadar durdurulur. | |
| 68- Daha önce kuruma verilen idari/adli cezalar var mı? | | | | |
| 69- Hastanenin, muhtemel toplumsal acil durumlara, salgınlara ve doğal veya diğer afetlere karşı program oluşturmuş mu? | | | | |

Denetim Ekip Başkanı
Denetçi

Başhekim

Denetçi

EK-3

**ÖZEL HASTANELERDE
KLİNİK VE LABORATUARLARINDA BULUNDURULACAK
ARAÇ VE GEREÇLERİN TÜRLERİ VE ASGARİ MİKTARLARI**

| GENEL SERVİSLER VE GENEL SERVİS MUAYENE ODASI(EK-3/01) | | |
|---|---|----------------|
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Tansiyon aleti | 2 adet |
| 2 | Steteskop | 2 adet |
| 3 | Aspiratör (farklı boyutlarda aspiratör kanülü) | 1 adet |
| 4 | Seyyar oksijen tüpü (oksijen maskesi ve oksijen kanülü) | 1 adet |
| 5 | Nebülizatör | 1 adet |
| 6 | Defibrilatör | 1 adet |
| 7 | Elektrokardiyograf cihazı | 1 adet |
| 8 | Acil müdahale arabası (Crash-Card) | 1 adet |
| 9 | Air Laringoskop-Ambu (airway-kanül-acil ampüller içeren) | 1 adet |
| 10 | Entübasyon Tüpleri | yeteri kadar |
| 11 | Serum askısı (Yatak Başına) | yeteri kadar |
| 12 | Karyola (3 parçalı ayak ve başucu ayarlanabilir) | yeteri kadar |
| 13 | Yatak | yeteri kadar |
| 14 | Alez, Çarşaf, nevresim, yastık, pike, | yeteri kadar |
| 15 | Basit Sıhhi Sarf Malzemesi (Pamuk, gazlı bez, alkol, çeşitli ebatlarda bandajlar) | yeteri kadar |
| 16 | İdrar sondası , idrar torbası | yeteri kadar |
| 17 | Termofor | yeteri kadar |
| 18 | Sürgü | yeteri kadar |
| 19 | İdrar kabı (ördek) | yeteri kadar |
| 20 | Böbrek küveti | yeteri kadar |
| 21 | Nazogastrik sonda | yeteri kadar |
| 22 | Çok fonksiyonlu monitör | 1 adet |
| 23 | Muayene masası | 1 adet |
| 24 | Otoskop-Oftalmaskop | 1 adet |
| 25 | Baskül | 1 adet |
| 26 | Enjektör | yeteri kadar |

| | | |
|----|--|--------------|
| 27 | Eldiven (Non steril ve steril) | yeteri kadar |
| 28 | Tedavi arabası | 1 adet |
| 29 | Paravan | 1 adet |
| 30 | Soğuk Işık Kaynağı | 1 adet |
| 31 | Malzeme dolabı | 1 adet |
| 32 | Soyunma dolabı | 1 adet |
| 33 | Refleks çekici | 1 adet |
| 34 | Beden derecesi | yeteri kadar |
| 35 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 36 | Sedye (Her servis katında) | 1 adet |
| 37 | Tekerlekli sandalye (Her servis katında) | 1 adet |

| GENEL POLİKLİNİK ODASI (EK- 3/02) | | |
|---|---------------------------------|----------------|
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Muayene masası | 1 adet |
| 2 | Paravan (veya uygun seperatör) | 1 adet |
| 3 | Sandalye | yeteri kadar |
| 4 | Malzeme dolabı | 1 adet |
| 5 | İlaç dolabı | 1 adet |
| 6 | Soyunma dolabı | 1 adet |
| 7 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 8 | Steteskop | 1 adet |
| 9 | Otoskop-Oftalmoskop | 1 adet |
| 10 | Negatoskop | 1 adet |
| 11 | Refleks çekici | 1 adet |
| 12 | Seyyar Oksijen tüpü ve maske | 1 adet |
| 13 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 14 | Böbrek küvet | yeteri kadar |
| 15 | Beden derecesi | yeteri kadar |

| İÇ HASTALIKLARI (EK-3/1) | |
|--|--|
| A) SERVİS (Ek-3/01 Listesi) | |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 Listesi) | |

| FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (EK-3/2) | |
|--|--|
| A) SERVİS (Ek-3/01 listesi) | |
| B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi) | |

C) TEDAVİ ÜNİTESİ

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|----|--|----------------|
| 1 | Galvano-faradi cihazı | 2 adet |
| 2 | Orta frekanslı cihazlar(ekspanansiyel akım cihazı, enterferansiyel akım cihazı) | 1 adet |
| 3 | Diadinamik | 1 adet |
| 4 | Kısa dalga diatermi cihazı (değişik dalga boylarında) | 1 adet |
| 5 | Ultrasonografi cihazı | 1 adet |
| 6 | Enfraruj | 2 adet |
| 7 | Işık banyoları | 2 adet |
| 8 | Parafin banyosu | 1 adet |
| 9 | Tens cihazı | 2 adet |
| 10 | Hot Pock kazanı | 1 adet |
| 11 | Hot Pock paketleri (değişik boyutlarda) | yeteri kadar |
| 12 | Galvanik akımlı dörtlü kap | 1 adet |
| 13 | Egzersiz ve masaj cihazı (çeşitli) | 5 adet |
| 14 | Su altı basınç masaj : | 1 adet |
| | a. Girdap banyosu (üst ekstremitte için) | |
| | b. Girdap banyosu (alt ekstremitte için) | |
| 15 | Servikal ve lomber traksiyon cihazı | 1 adet |

REHABİLİTASYON(EK-3/3)**(EK-3/2 de ki tedavi ünitesinde araç gereçlere ek olarak)**

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|----|---|----------------|
| 1 | Paralel bar | 1 adet |
| 2 | Omuz çarkı | 1 adet |
| 3 | Parmak merdiven | 1 adet |
| 4 | Egzersiz minderleri (çeşitli) | yeteri kadar |
| 5 | Küçük halter (çeşitli ağırlıklarda) | yeteri kadar |
| 6 | Kum torbaları (çeşitli ağırlıklarda) | yeteri kadar |
| 7 | Koltuk değneği ve baston | yeteri kadar |
| 8 | Eğitim merdiveni (yükseklikleri farklı) | 1'er adet |
| 9 | Ayakta durma masası | 1 adet |
| 10 | Tekerlekli sedye | 1 adet |
| 11 | Tekerlekli sandalye | 2 adet |
| 12 | Walker | 2 adet |

| HEMATOLOJİ (EK-3/4) | | |
|---|--|----------------|
| A) SERVİS (Ek- 3/01 listesi) | | |
| B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi) | | |
| C) HEMATOLOJİ LABORATUVARI | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Hemogram cihazı | 1 adet |
| 2 | Yarı otomatik koagülometre | 1 adet |
| 3 | Sedimentasyon sehpası | 3 adet |
| 4 | Sedimentasyon pipeti | 50 adet |
| 5 | Binoküler mikroskop | 1 adet |
| 6 | Santrifüj | 1 adet |
| 7 | Benmari (sulu 37 dereceye ayarlanabilen) | 1 adet |
| 8 | Hassas terazi | 1 adet |
| 9 | Emaye kapaklı küvet | 2 adet |
| 10 | Plastik puset | 2 adet |
| 11 | Beher glas (50-100-250 ml'lik) | 2'şer adet |
| 12 | Mezüre (50-100-250 ve 1000 ml'lik) | 2'şer adet |
| 13 | Laboratuvar saati | 2 adet |
| 14 | Buzdolabı | 1 adet |
| 15 | Cam pipet (1-2-5-10-0.1-0.2 ml'lik) | 10'ar adet |

| ROMATOLOJİ(EK-3/5) | | |
|--|-------------|----------------|
| A) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi) | | |
| B) SERVİS (Ek- 4/01 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Mezüre | 1 adet |
| 2 | Baskül | 1 adet |

| ÇOCUK SERVİSİ (EK-3/03) | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Tansiyon aleti (yaş gruplarına göre değişik boylarda) | 1 adet |

| | | |
|----|--|--------------|
| 2 | Steteskop | 1 adet |
| 3 | Seyyar oksijen tüpü (oksijen maskesi ve oksijen kanülü) | 1 adet |
| 4 | Nebülizatör | 2 adet |
| 5 | İnfant Ambu seti | yeteri kadar |
| 6 | Larengoskop -pediatrik | 1 adet |
| 7 | Endotrekeal tüp (değişik boylarda) | yeteri kadar |
| 8 | Seyyar Aspiratör cihazı | 1 adet |
| 9 | Otoskop-Oftalmoskop | 1 adet |
| 10 | Pulse Oksimetre Cihazı | 1 adet |
| 11 | Elektrokardiyograf cihazı | 1 adet |
| 12 | Defibrilatör (Pediatrik) | 1 adet |
| 13 | Monitör | 1 adet |
| 14 | Baş ve ayak kısmı ayarlanabilir karyola | yeteri kadar |
| 15 | Serum askısı (Yatak Başına) | yeteri kadar |
| 16 | İnfizyon pompası ve setleri | yeteri kadar |
| 17 | Negatoskop | 1 adet |
| 18 | Refleks çekici | 1 adet |
| 19 | Ayakta ve yatarak boy ölçme aleti | 1 adet |
| 20 | Bebek ve çocuklar için terazi | 1 adet |
| 21 | Oksijen Maskesi | yeteri kadar |
| 22 | Acil müdahale arabası (Crash-Card) | 1 adet |
| 23 | Nazogastrik sonda | yeteri kadar |
| 24 | İdrar sondası, idrar torbası | yeteri kadar |
| 25 | Aspirasyon kanülleri (bebek boylarında No:8-10 tercihen diğerlerinin bulunması) | yeteri kadar |
| 26 | Beden derecesi | yeteri kadar |
| 27 | Eldiven (Non steril ve steril) | yeteri kadar |
| 28 | Serum damla ayarlayıcısı | yeteri kadar |
| 29 | Böbrek küveti | yeteri kadar |
| 30 | Sürgü | yeteri kadar |
| 31 | Seyyar lamba | 1 adet |
| 32 | Yatak | yeteri kadar |
| 33 | İdrar kabı (ördek) | yeteri kadar |
| 34 | Malzeme dolabı | 1 adet |
| 35 | İlaç dolabı | 1 adet |
| 36 | Buzdolabı | 1 adet |
| 37 | Beslenme pompası ve seti (enteral beslenme pompası) | yeteri kadar |
| 38 | Kemik iliği aspirasyon takımı (Bebekler İçin) | yeteri kadar |
| 39 | Lomber ponksiyon iğnesi (Bebekler İçin) | yeteri kadar |
| 40 | Plevral ponksiyon iğnesi (Bebekler İçin) | yeteri kadar |

| | | |
|----|---|--------------|
| 41 | Ortamı dezenfekte edice solüsyonlar | yeteri kadar |
| 42 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 43 | Tedavi arabası | 1 adet |
| 44 | Merkezi vakum sistemi ve sistemle uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları | yeteri kadar |
| 45 | Mobil Pulse oksimetre | 1 adet |
| 46 | Kan şekeri ölçüm cihazı | 1 adet |
| 47 | Tekerlekli sandalye | 1 adet |
| 48 | Sedye (Her servis katında) | 1 adet |

BEBEK SERVİSİ (EK-3/04)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|----|---|----------------|
| 1 | Muayene masası | 1 adet |
| 2 | Hasta yatakları | yeteri kadar |
| 3 | Steteskop | 1 adet |
| 4 | Tansiyon aleti (küçük ve orta boy manşonlu) | 1 adet |
| 5 | Refleks çekici | 1 adet |
| 6 | Nazogastrik sonda (Bebekler İçin) | yeterli sayıda |
| 7 | İdrar sondası (6 ve 8 numaralı foley sonda) | yeterli sayıda |
| 8 | Otoskop-oftalmoskop | 1 adet |
| 9 | Larengoskop (Bebekler İçin) | 1 adet |
| 10 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |
| 11 | Monitör | 1 adet |
| 12 | Ambu seti (bebekler için) | 1 adet |
| 13 | Pulse oksimetre cihazı | 1 adet |
| 14 | Negatoskop | 1 adet |
| 15 | Seyyar aspiratör | 1 adet |
| 16 | Oksijen maskesi (bebekler için) | yeteri kadar |
| 17 | Oksijen için nazal pronge (bebekler için) | yeteri kadar |
| 18 | Lomber ponksiyon iğnesi (Bebekler İçin) | 1 adet |
| 19 | Plevral ponksiyon iğnesi (Bebekler İçin) | 1 adet |
| 20 | Abdominal ponksiyon iğnesi (Bebekler İçin) | 1 adet |
| 21 | Entübasyon kanülleri (3- 3, 5- 4 nolu) | yeteri kadar |
| 22 | İnfüzyon pompası ve seti | yeteri kadar |
| 23 | Serum askısı | yeteri kadar |
| 24 | Glukometre (yeteri kadar stick) | 1 adet |
| 25 | İdrar dansitometresi | 1 adet |

| | | |
|----|---|--------------|
| 26 | Acil müdahale arabası | 1 adet |
| 27 | Buz kesesi | yeteri kadar |
| 28 | İdrar kapları | yeteri kadar |
| 29 | İdrar stikleri | yeteri kadar |
| 30 | Bebek terazisi | 1 adet |
| 31 | Yatarak boy ölçme aleti | 1 adet |
| 32 | Serum damla ayarlayıcısı | yeteri kadar |
| 33 | Steril eldiven | yeteri kadar |
| 34 | Aspiratör kanülü | yeteri kadar |
| 35 | Beden derecesi | yeteri kadar |
| 36 | Enteral beslenme pompası ve seti | yeteri kadar |
| 37 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 38 | Tedavi arabası | 1 adet |
| 39 | Kemik iliği aspirasyon takımı (Bebekler İçin) | yeteri kadar |
| 40 | NGT sonda | yeteri kadar |
| 41 | Isıtma açık tedavi yatağı | 1 adet |
| 42 | Fototerapi cihazı | 1 adet |
| 43 | İdrar dansitometre | 1 adet |
| 44 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 45 | Airway | yeteri kadar |
| 46 | Radyant ısıtıcı | yeteri kadar |
| 47 | Nebulizatör | yeteri kadar |
| 48 | Buhar Aleti | yeteri kadar |
| 49 | Defibrilatör | 1 adet |
| 50 | Merkezi vakum sistemi | |
| 51 | Merkezi vakum sistemine uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları | yeteri kadar |

| GENEL ÇOCUK POLİKLİNİĞİ (EK-3/05) | | |
|--|-----------------------------------|----------------|
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Muayene masası | 1 adet |
| 2 | Steteskop | 1 adet |
| 3 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 4 | Otoskop-Oftalmoskop | 1 adet |
| 5 | Steril eldiven | yeteri kadar |
| 6 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 7 | Beden derecesi | yeteri kadar |
| 8 | Ayakta ve yatarak boy ölçme aleti | 1 adet |
| 9 | Bebek ve çocuk için terazi | 1 adet |

| | | |
|----|---|--------------|
| 10 | Böbrek küveti | yeteri kadar |
| 11 | Refleks çekici | 1 adet |
| 12 | Negatoskop | 1 adet |
| 13 | Boy, kilo ve baş çevresi izleminde kullanılan standartlar | yeteri kadar |
| 14 | Merkezi vakum sistemi | |
| 15 | Merkezi vakum sistemine uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları | yeteri kadar |

ÇOCUK NEFROLOJİSİ (EK-3/6)

A) POLİKLİNİK (EK 3/05 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|------------------------|--------------|
| 1 | Mikroskop | 1 adet |
| 2 | Santrifüj cihazı | 1 adet |
| 3 | Santrifüj tüpleri | yeteri kadar |
| 4 | Lam -lamel | yeteri kadar |
| 5 | İdrar tetkik stickleri | yeteri kadar |
| 6 | İdrar kabı | yeteri kadar |

B) SERVİS (EK 3/03 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|---|--------------|
| 1 | Havalı yatak | 1 adet |
| 2 | Böbrek Biyopsi setleri (değişik boylarda iğneler) | yeteri Kadar |
| 3 | Cilt Biyopsi seti | yeteri Kadar |

ÇOCUK KARDİOLOJİSİ (EK- 3/7)

A) POLİKLİNİK(EK 3/05 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|----------------------------|---------|
| 1 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |

B) SERVİS(EK 3/03 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|---|--------------|
| 1 | Pozitif basınçlı oksijen verme cihazı | 1 adet |
| 2 | Perikard ponksiyon iğnesi | yeteri kadar |
| 3 | Geçici kalp pili cihazı | 1 adet |
| 4 | Geçici kalp pili kateteri | yeteri kadar |
| 5 | CVP ölçüm aleti | yeteri kadar |
| 6 | Holter monitörizasyon cihazı | 1 adet |
| 7 | İki boyutlu renkli doppler ekokardiyograf | 1 adet |

| | | |
|---|---|--------------|
| 8 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 9 | TA Holter | 1 adet |
| HEMODİNAMİ LABORATUVARINDA BULUNDURMAK ÜZERE | | |
| A | Kalp kateterizasyonu ve periferik anjio yapmak için sineangiograf ve seriograf cihazı komple(jeneratör ve monitörü ile birlikte) | 1 adet |
| B | Basınç ve elektro kayıt cihazı | 1 adet |
| C | Otomatik opak madde enjektörü | 1 adet |
| D | Soğuk ışık aleti | 1 adet |
| E | Opak maddeyi ısıtmak için benmari cihazı | 1 adet |
| F | Komple cut-down seti | yeteri kadar |
| G | Seldinger iğneleri | yeteri kadar |
| H | Kalp kateterizasyonu ve sineanjiogafi yapmak için çeşitli tür ve boyda kateterler | yeteri kadar |
| I | Sine filmleri ve serograf filmleri için otomatik banyo | 1 adet |

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------|
| ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ (EK- 3/8) | | |
| A) POLİKLİNİK (EK 3/05 listesi) | | |
| B) SERVİS (EK 3/03 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Kan şekeri ölçüm aleti (Glukometre) | yeteri kadar |
| 2 | Kan şekeri ölçüm stikleri | 1 Kutu |
| 3 | Orşimetre | 1 adet |
| 4 | Kemik yaş tayini için atlas | 1 adet |

| | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| ÇOCUK HEMATOLOJİSİ | | |
| (EK- 3/9) | | |
| A)SERVİS (EK- 3/03 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Kemik iliği aspirasyon seti | yeteri kadar |
| 2 | Kemik iliği biyopsi seti | 5 adet |
| 3 | Lomber ponksiyon seti | 5-10 adet |
| B) POLİKLİNİK (EK- 3/05 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Mikroskop | 1 adet |
| C) LABORATUAR | | |

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|----|------------------------------------|----------------|
| 1 | Mikroskop | 1 adet |
| 2 | Santrifüj | 1 adet |
| 3 | Dansitometre | 1 adet |
| 4 | Lam-lamel | yeteri kadar |
| 5 | Özel boyalar | yeteri kadar |
| 6 | Elektroforez tankı | 1 adet |
| 7 | Güç kaynağı | 1 adet |
| 8 | Aplikatör | 1 adet |
| 9 | Otomatik pipet (değişik ölçülerde) | yeteri kadar |
| 10 | Koagülometre ve kitleri | 1 adet |
| 11 | Buzdolabı | 1 adet |
| 12 | Derin dondurucu | 1 adet |
| 13 | Hemogram tüpü karıştırıcısı(mixer) | 1 adet |

| ÇOCUK ALLERJİSİ (EK- 3/10) | | |
|---|---|----------------|
| A) POLİKLİNİK (EK- 3/05 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Solunum fonksiyon cihazı | 1 adet |
| 2 | Aerochamber | 1 adet |
| 3 | Peakflowmetre ve yeterli disposable ağızlık | 1 adet |
| 4 | Allerjen seti | 1 adet |
| 5 | Lanset (deri testi için) | yeteri kadar |
| 6 | Buzdolabı | 1 adet |
| B) SERVİS (EK- 3/03 listesi) | | |

| ÇOCUK ONKOLOJİSİ (EK- 3/11) | | |
|--|-----------------------------|----------------|
| A- SERVİS (EK - 3/03 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Özel bölmeli yatak | yeteri kadar |
| 2 | Havalı yatak | 1 adet |
| 3 | Kemoterapi hazırlama kabini | 1 adet |

| | | |
|----|--|--------------|
| | Kemoterapi hazırlanırken kullanılmak üzere; | |
| | a) Gözlük | yeteri kadar |
| | b) Kalın Maske | yeteri kadar |
| | c) Mavi Eldiven | yeteri kadar |
| | d) Kapalı sistem infüzyon ve ilaç hazırlama aparatları | yeteri kadar |
| | e) Nötropenik hastalar için disposable önlük ve maske | yeteri kadar |
| 4 | Kemik iliği aspirasyon seti (küçük-orta-büyük boy) | yeteri kadar |
| 5 | Kemik iliği biyopsi seti (küçük-orta-büyük boy) | yeteri kadar |
| 6 | Lomber ponksiyon seti | yeteri kadar |
| 7 | Laringoskop | 1 adet |
| 8 | Ambu seti | 1 adet |
| 9 | Endotrakeal tüp (Her boyda) | yeteri kadar |
| 10 | Seyyar Aspiratör | 1 adet |
| 11 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |
| 12 | İnfüzyon pompası ve setleri | yeteri kadar |
| 13 | Monitör | 1 adet |

B) POLİKLİNİK (EK – 3/05 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Laringoskop | 1 adet |
| 2 | Ambu seti | 1 adet |
| 3 | Aspiratör | 1 adet |
| 4 | Oksijen tüpü yedek olarak | 1 adet |
| 5 | Kemoterapi uygulama koltuğu | yeteri kadar |
| 6 | Lomber ponksiyon seti | yeteri kadar |
| 7 | Endotrakeal tüp (her boyda) | 1 adet |
| 8 | Kemik iliği aspirasyon seti | yeteri kadar |
| 9 | Kemik iliği biyopsi seti | yeteri kadar |

C) LABORATUVAR

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|--|----------------|
| 1 | Mikroskop | 1 adet |
| 2 | Santrifüj | 1 adet |
| 3 | Sitosantrifüj | 1 adet |
| 4 | Lam-lamel | yeteri kadar |
| 5 | Eritrosit sedimentasyon apereyi | yeteri kadar |
| 6 | Kan sayım cihazı | 1 adet |
| 7 | Glukometre ve glukometre kiti | 1'er kutu |
| 8 | PAS, Myeloperoksidaz, Asit fosfataz, Alkalen fosfataz, Alfa naftil asetat esteraz özel boyları | yeteri kadar |

| | | |
|---|---------------|--------|
| 9 | Wright boyası | 1 kutu |
|---|---------------|--------|

| AMELİYATHANE (EK-3/D) (Her ameliyat salonu için) | | |
|---|--|----------------|
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Ameliyat masası ve rutin aksesuarları (Salon Başına) | 1 adet |
| 2 | Ameliyat tavan lambası Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 3 | Anestezi cihazı (tam otomatik/ventilatörlü)Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 4 | Negatoskop Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 5 | Seyyar ameliyat lambası (akülü) | 1 adet |
| 6 | Flash Otoklav | 1 adet |
| 7 | Cerrahi aspiratör Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 8 | Elektrokoter (yakıcı ve kesici) Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 9 | İşıldak (şarjli, akülü)-Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 10 | Cerrahi testere motoru | 1 adet |
| 11 | Kirli malzeme kovası (gazlı bez) | 1 adet |
| 12 | Çöp kovası | 3 adet |
| 13 | Kirli malzeme kovası (cerrahi giysi ve diğer malzeme için) | 1 adet |
| 14 | Kirli malzeme kovası (kompres) | 1 adet |
| 15 | Tansiyon aleti+steteskop | 2 adet |
| 16 | Cerrahi Alet Masası | 1 adet |
| 17 | Mayo Masası | 1 adet |
| 18 | Tekli basamak | 1 adet |
| 19 | İkili Basamak | 1 adet |
| 20 | Anestezi sehpası | 1 adet |
| 21 | Anestezi siperi | 1 adet |
| 22 | Anestezi malzeme dolabı | 1 adet |
| 23 | Larengoskop ve ambu seti | 1 adet |
| 24 | Tabure | 1 adet |

| GENEL CERRAHİ (EK- 3/12) | | |
|---|------------------|----------------|
| A)SERVİS (EK- 3/01 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pansuman arabası | 1 adet |

| | | |
|---|----------------------------|--------|
| 2 | Biyopsi seti | 1 adet |
| 3 | Ayaklı mobil cerrahi lamba | 1 adet |

B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|---------------|----------------|
| 1 | Pansuman seti | yeteri kadar |
| 2 | Böbrek küvet | 2 adet |

C)AMELİYATHANE (EK 3/ D listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|----|--------------------------------|----------------|
| 1 | Dil çekme aleti | 2 adet |
| 2 | Esmark bandı | 2 adet |
| 3 | Amputasyon bıçağı | 1 adet |
| 4 | Çekiç | 2 adet |
| 5 | Derin ekartör (3 dişli) | 2 adet |
| 6 | Otomatik Ekartör | 1 adet |
| 7 | Lastik sondalar (çeşitli) | İkişer adet |
| 8 | Boğaz aynası | 2 adet |
| 9 | Trepenasyon | 1 adet |
| 10 | Batın spatülü | 1 adet |
| 11 | Tüp rektal | 5 adet |
| 12 | Küvetler | yeteri kadar |
| 13 | Bistüri sapı | yeteri kadar |
| 14 | Dişli penset | 4 adet |
| 15 | Dişsiz penset | 4 adet |
| 16 | Düz makas | 4 adet |
| 17 | Eğri makas | 4 adet |
| 18 | Küret (çeşitli) | 6 adet |
| 19 | Çarşaf pensi | 24 adet |
| 20 | Koher pensi hemostatik | 30 adet |
| 21 | Pean pensi | 30 adet |
| 22 | Uzun koher pensi | 8 adet |
| 23 | Portegü | 6 adet |
| 24 | Trokar | 2 adet |
| 25 | Dil baskısı | 4 adet |
| 26 | Sonda kanül | 4 adet |
| 27 | Stile (çeşitli) | 4 adet |
| 28 | İğne (cilt, bağırsak, çeşitli) | yeteri kadar |
| 29 | Anal spekülüm | 1 adet |
| 30 | Dişli ekartör (çeşitli) | 2 adet |

| | | |
|----|--------------------------|--------|
| 31 | Faraböf ekartörü | 4 adet |
| 32 | Batın ekartörü (çeşitli) | 4 adet |
| 33 | Yabancı cisim pensi | 1 adet |

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ HASTALIKLARI (EK- 3/13)

A) AMELİYATHANE (EK-3/ D'ye ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|----|--|----------------|
| 1 | C-Kollu Röntgen cihazı | 1 adet |
| 2 | Perferatör (elektrikli veya havalı kesme fonksiyonu olmak kaydı ile) | 1 adet |
| 3 | El perferatörü | 1 adet |
| 4 | Drill 2.7, 3.2 (her boydan) | İkişer adet |
| 5 | A.O tornavida (büyük-küçük) | İkişer adet |
| 6 | Havalı turnike ve esmark sargı | 1 adet |
| 7 | Steinmann ve kirschner seti (muhtelif boyda) | yeteri kadar |
| 8 | Vida-plak seti (muhtelif boyda ve sayıda) | yeteri kadar |
| 9 | S Ekartör büyük ve küçük | 2 adet |
| 10 | Tel kesici pensesi ve makası | 2 adet |
| 11 | Kemik çengeli (hook) | 1 adet |
| 12 | Kemik klempi (büyük-küçük) | İkişer adet |
| 13 | Osteotom (muhtelif boyda) | 3 adet |
| 14 | Ortopedik çekiç (büyük-küçük) | Birer adet |
| 15 | Küret (büyük-küçük) | Birer adet |
| 16 | Biz | 1 adet |
| 17 | Rongeur (pens kupon) (büyük-küçük) | 1 adet |
| 18 | Tirbüşon | 1 adet |
| 19 | Guj (büyük-küçük) | Birer adet |
| 20 | Periost elavatörü (rujin) (büyük-küçük) | Birer adet |
| 21 | Ampütasyon bıçağı veya gigli teli | 1 adet |
| 22 | Dişli-dişsiz penset | İkişer adet |
| 23 | Koher pensi (büyük-küçük) | İkişer adet |
| 24 | Dişli (tırmık) ekartörü | 2 adet |
| 25 | Çamaşır pensi | 4 adet |
| 26 | Tek dişli ekartör veya parabeüf | 2 adet |
| 27 | Derin tek dişli ekartör | 2 adet |
| 28 | Portegü (büyük-küçük) | 2 adet |

| | | |
|---|--|----------------|
| 29 | Bistüri sapı (büyük-küçük) | 2 adet |
| 30 | İplik makası, disseksiyon makası | 2 adet |
| 31 | Moskito klemp | 4 adet |
| 32 | 90 derece açılı klemp | 1 adet |
| 33 | Alçı motoru | 1 adet |
| 34 | Alçı masası (pelvi pedal alçı yapılmasına uygun) | 1 adet |
| B) SERVİS (Ek-3/01 listesi) | | |
| C) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Alçı masası (alçı ve atel yapımına uygun) veya sehpası | 1 adet |
| 2 | Alçı motoru, makası ve distraktör | Birer adet |
| 3 | Muhtelif boyda alçı, alçı pamuğu ve sargı bezi | yeteri kadar |

| | | |
|--|--|---------------------------|
| KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI (EK- 3/14) | | |
| A) POLİKLİNİK (EK – 3/02 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Duvara monte otoskop | 1 adet |
| 2 | Taşınabilir otoskop | 1 adet |
| 3 | Kulak spekülümleri (çeşitli boy) | 2'şer adet (her boy için) |
| 4 | Kulak aspiratör ucu (çeşitli boy) | 2'şer adet (her boy için) |
| 5 | Buşon küreti (en az 3 boy) | 2'şer adet (her boy için) |
| 6 | Burun spekülümleri (yetişkin ve çocuk) | 5'er adet |
| 7 | Burun aspiratör ucu | 4 adet |
| 8 | Bayonette | 2 adet |
| 9 | Larenks aynası (üç boy) | 2'şer adet |
| 10 | Nazofarenks aynası | 2 adet |
| 11 | KBB muayene koltuğu | 1 adet |
| 12 | Spiral lamba | 1 adet |
| 13 | Cerrahi aspiratör | 1 adet |
| 14 | Muhtelif Boylarda nazal Tampon | yeteri kadar |
| 15 | Diapozon (256 ve 512 cps) | 1'er adet |
| B) SERVİS(Ek-3/01 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Cerrahi aspiratör | 1 adet |
| 2 | Böbrek küvet | 2 adet |
| 3 | Treakostomi seti | 1 adet |

| | | |
|---|---|----------------|
| 4 | Tonsillektomi kanamasında müdahale seti | 2 adet |
| 5 | Pansuman seti | 2 adet |
| C) AMELİYATHANE (EK-3/ D'ye ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | 0,30 ve 70 derece rijit endoskoplara | 1 adet |
| 2 | Küçük, orta ve büyük boy polip forsepsi | 1'er adet |
| 3 | Ay bıçak | 1 adet |
| 4 | Elevatör aspiratör | 1 adet |
| 5 | Takayashu forsepsi | 1 adet |
| 6 | Rongeur (küçük ve orta) | 1'er adet |
| 7 | Burun aspiratör ucu (iki boy) | 2'er adet |
| 8 | Cottle spekulumu | 1 adet |
| 9 | Tekli hook | 1 adet |
| 10 | Çiftli hook | 1 adet |
| 11 | Cottle bıçağı | 1 adet |
| 12 | Bisturi sapı (normal) | 1 adet |
| 13 | Bisturi sapı (uzun) | 1 adet |
| 14 | Çekiç | 1 adet |
| 15 | Guj | 1 adet |
| 16 | Freer elevatör | 1 adet |
| 17 | Alar protektör | 1 adet |
| 18 | Kolumelle retraktörü | 1 adet |
| 19 | Burniks | 1 adet |
| 20 | Metzembraum makas | 1 adet |
| 21 | Elektro koter (Bipolar) | 1 adet |
| 22 | İnce uçlu doku makası | 1 adet |
| 23 | Timpanoplasti aspiratör uç takımı | 1 adet |
| 24 | Wulstein ekartör (2,3 ve 4 dişli) | 1'er adet |
| 25 | Pik (eğri ve düz) | 1'er adet |
| 26 | İmparator ve normal tur sapı | 1'er adet |
| 27 | Soğuk ışık kaynağı ve kablosu | 1 adet |
| 28 | Kesici ve elmas tur uçları (4 boy) | 2'er adet |
| 29 | Tur motoru | 1 adet |
| 30 | Tur spirali | 2 adet |
| 31 | Dış kulak yolu elevatörü | 1 adet |
| 32 | Keskin ve künt raspa | 1'er adet |
| 33 | Parasentez bıçağı | 1 adet |
| 34 | Timsah forseps | 2 adet |

| | | |
|----|------------------------------------|-----------|
| 35 | Alice forseps | 2 adet |
| 36 | Portegü | 2 adet |
| 37 | Adson penset | 1 adet |
| 38 | Hemostat klemp | 4 adet |
| 39 | Disseksiyon klempi | 2 adet |
| 40 | Dişli ve dişsiz penset | 1'er adet |
| 41 | Paravef ekartör | 2 adet |
| 42 | Tonsil forsepsi | 1 adet |
| 43 | Ağız açacağı ve bladeleri | 1 adet |
| 44 | Uzun hemostat klemp | 2 adet |
| 45 | Tonsil küreti | 1 adet |
| 46 | Tonsil ansı | 1 adet |
| 47 | Plika ekartörü | 1 adet |
| 48 | Tonsillektomi statifi | 1 adet |
| 49 | Adenoid küreti (küçük ve orta boy) | 1'er adet |

GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK- 3/15)

A) POLİKLİNİK(Ek-3/02 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|----|--|---------|
| 1 | Uzak görme gücü muayenesi için içten aydınlatmalı uzak görme eşeli ve/veya projeksiyon eşeli | 1 adet |
| 2 | Oftalmaskop | 1 adet |
| 3 | İndrekt Oftalmaskop | 1 adet |
| 4 | Retinoskop | 1 adet |
| 5 | Fokometre | 1 adet |
| 6 | Üç aynalı kontakt lens (gonyolens) | 1 adet |
| 7 | + 90 D. Asferik lens | 1 adet |
| 8 | Şaşılık derecesi ölçümü için prizma cetveli ve/veya tekli prizma seti | 1 adet |
| 9 | Biomikroskop+Applanasyon tonometresi ile birlikte | 1 adet |
| 10 | Javal keratometre | 1 adet |
| 11 | Tanı cihazları | |
| 12 | a) Biyometrik ultrasonografi cihazı | 1 adet |
| 13 | b) Arka segment ultrasonografi cihazı (vitrektomi yapılacaksa) | 1 adet |

B) AMELİYATHANE(EK-3/D listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|----|---|----------------|
| 1 | Koaksiyel ameliyat mikroskobu | 1 adet |
| 2 | Yükseltip alçaltılabilir ameliyat masası | 1 adet |
| 3 | Tercihan yükseltip alçaltılabilir operatör ameliyat koltuğu | 1 adet |
| 4 | Fakoemülsifikasyon cihazı | 1 adet |
| 5 | Dişçi turu ve/veya strayker | 1 adet |
| 6 | Dekolman cerrahi seti | 1 adet |
| 7 | Katarakt cerrahi seti (PEKKE+IOL) | 1 adet |
| 8 | Katarakt cerrahi seti (Fako+IOL) | 1 adet |
| 9 | Glokom cerrahi seti | 1 adet |
| 10 | Şaşılık cerrahi seti | 1 adet |
| 11 | DSR cerrahi seti | 1 adet |

C) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|--|----------------|
| 1 | Göze özel ilaç tepsisi | 2 adet |
| 2 | Göz el lambası | 2 adet |
| 3 | Ameliyat sonrası muayene odası | |
| | a) Biomikroskop | 1 adet |
| | b) Aplanasyon ve/veya pulse-air tonometre | 1 adet |
| | c) Punktum-dilatasyonu-lavajı sistemi | 1 adet |
| | d) Ayarlanabilir sütür teknolojileri için gerekli cerrahi aletler | yeteri kadar |

ÜROLOJİ (EK- 3/16)

A) SERVİS (Ek- 3/01 listesi)

B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi)

C) AMELİYATHANE (EK-3/D listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|---|----------------|
| 1 | Benike bujiler (Sistoskopi- endoskopi) | 1 takım |
| 2 | Foley, nelaton, tiemann, pesser sondaları (her numaradan) | 10'ar adet |
| 3 | Millin ekartörü | 1 adet |
| 4 | Sistoskop (0,30 derece lens,17 Fsheat, bridge) | 1 adet |
| 5 | 20 Fsheat, yabancı cisim ve cold cup biopsi forsepsi | 1 adet |

| | | |
|----|---|------------|
| 6 | Işık kaynağı ve fiberoptik ışık kablosu | 1 adet |
| 7 | Üreter kateterleri (4, 5, 6 nolu) | 2'şer adet |
| 8 | Basket kateter | 1 adet |
| 9 | Böbrek pedikül klemleri (3'lü takım) | 1 takım |
| 10 | Randall taş forsepsleri (4'lü takım) | 1 takım |
| 11 | Buprikan ve lokal anestezi jel | 1 kutu |
| 12 | Üreterorenoskopi (forsepsleri ile birlikte) | 1 takım |

NÖROLOJİ (EK- 3/17)

A)SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|----------------|---------|
| 1 | Refleks çekici | 2 adet |
| 2 | Oftalmaskop | 2 adet |
| 3 | Diapozon | 1 adet |
| 4 | Ponksiyon seti | 2 adet |

B) POLİKLİNİK(EK-3/02 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|----------------|---------|
| 1 | Refleks çekici | 1 adet |
| 2 | Oftalmaskop | 1 adet |
| 3 | Diapozon | 1 adet |

NÖRÖŞİRÜRJİ (EK- 3/18)

A) AMELİYATHANE (EK-3/D listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|----------------------------------|---------|
| 1 | Setler | |
| | a)Kraniotomi seti | 1 adet |
| | b)Laminektomi seti | 1 adet |
| | c)Cloward seti | 1 adet |
| | d)Mikrocerrahi seti | 1 adet |
| | e)Periferik sinir cerrahisi seti | 1 adet |
| 2 | Ekartörler | |
| | a) Leyla ekartörü | 1 adet |
| | b) Otomatik ekartörler (çeşitli) | 1 adet |
| 3 | Çivili başlık | 1 adet |

| | | |
|---|---|--------|
| 4 | Operasyon mikroskobu (OP-Mİ-MD) | 1 adet |
| 5 | High-speed drill ve uçları | 1 adet |
| 6 | Nöroşürjiye uygun ameliyat masası | 1 adet |
| 7 | Bipolar koagülatör cihazı ve bayonet uçları | 1 adet |
| 8 | Koter cihazı ve uçları | 1 adet |

B) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|--|--------------|
| 1 | Refleks çekici | 1 adet |
| 2 | Diyapozon | 1 adet |
| 3 | Mezüre | 1 adet |
| 4 | Servikal Traksiyon Cihazı (Yetişkin Boy) | 1 adet |
| 5 | Oftalmaskop | 1 adet |
| 6 | Pansuman seti | yeteri kadar |

C) POLİKLİNİK(Ek-3/02 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|--------------|---------|
| 1 | Refleks seti | 1 adet |
| 2 | Diyapozon | 1 adet |
| 3 | Oftalmaskop | 1 adet |

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ (EK- 3/19)

A) SERVİS (Ek- 3/01 listesi)

B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi)

C) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|------------------------------|---------|
| 1 | Rhinoplasti seti | 2 adet |
| 2 | Plastik cerrahi seti (genel) | 2 adet |
| 3 | Küçük biyopsi seti | 1 adet |
| 4 | Bipolar koter | 1 adet |
| 5 | Tur motoru | 1 adet |
| 6 | Tur uçları | 1 adet |
| 7 | Soğuk ışık kaynağı | 1 adet |

KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK- 3/20)**A) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi)****B) SERVİS (Ek-3/01 listesi)****C) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak)**

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|----|---|----------------|
| 1 | Jinekolojik muayene masası | 1 adet |
| 2 | Doğum masası | 1 adet |
| 3 | Over pensi | 2 adet |
| 4 | 1, 2, 3 dişli rahim pensi | 2'şer adet |
| 5 | Rahim küretleri | 1 seri |
| 6 | Hegar bujileri | 1 seri |
| 7 | Histerometre | 1 adet |
| 8 | Vajinal spekülüm | yeteri kadar |
| 9 | Doğum için vakum cihazı | 1 adet |
| 10 | Arter klemleri | 4 adet |
| 11 | El .Dopleri (elektroptik çocuk kalp sesleri dinleme cihazı) | 1 adet |
| 12 | Serviks için koparma biyopsi pensi | 1 adet |
| 13 | Tenakulum | yeteri kadar |
| 14 | Uterus elevatör pensi | 1 adet |
| 15 | Vajinal valvler | 4 adet |
| 16 | Foley sondalar (16-18 numara) | 1 düzine |
| 17 | Küvöz (enkübatör) veya Transport küvözü | 1 adet |
| 18 | USG cihazı Trans vaginal Prop ile | 1 adet |
| 19 | Diagnostik laparoskop | 1 adet |
| 20 | Fetal monitör (NST) | 2 adet |
| 21 | Doğum seti | yeteri kadar |
| 22 | Korman enjektör (Çeşitli boyda uçları) | yeteri kadar |
| 23 | Rubin Kanülü | 1 adet |
| 24 | Menstürel regülasyon ve diğer küretaj setleri | 2 şer adet |
| 25 | Aile planlaması polikliniği için RİA uygulama seti | 2 adet |
| 26 | Aile Planlaması danışmanlığı için Eğitim malzemesi | yeteri kadar |

KARDİOLOJİ (EK- 3/21)

| A)SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) | | |
|--|--|-----------------|
| | TÜRÜ: | MİKTARI: |
| 1 | Seyyar Oksijen tüpü | 2 adet |
| 2 | Hasta Başı Monitörü | 2 adet |
| 3 | Negatoskop | 1 adet |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ: | MİKTARI: |
| 1 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 2 | Elektrokardiyograf Holteri | 1 adet |
| 3 | Tansiyon Holteri | 1 adet |
| 4 | Strest Test (Efor) Cihazı | 1 adet |
| C) KORONER ANJİO LABORATUVARI (Anjio yapılan hastanelerde zorunludur.) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Anjio cihazı | 1 adet |
| 2 | Sinyal izleme cihazı (en az 4 kanal) | 1 adet |
| 3 | Defibrilatör | 1 adet |
| 4 | Oksijen tüpü | 2 adet |
| 5 | İlaç dolabı (Acil müdahale için) | 1 adet |
| 6 | Malzeme dolabı (sarf malzemeleri için) | 1 adet |
| 7 | Aspiratör | 1 adet |
| 8 | Perfüzör | 2 adet |
| 9 | Geçici Pace Maker | 2 adet |
| 10 | Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için) | Birer adet |
| 11 | Acil müdahale arabası | 1 adet |
| 12 | Larengoskop seti | 1 adet |
| 13 | Entübasyon tüpü (değişik çaplarda) | yeteri kadar |
| 14 | Negatoskop | 1 adet |
| 15 | Hareketli ışık kaynağı | 1 adet |

| KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ (EK- 3/22) | | |
|---|--------------------------------|----------------|
| A) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye EK olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Malzeme arabası | 1 adet |
| 2 | Set arabası (büyük-küçük) | 1 adet |
| 3 | Kardiyopulmoner bypass pompası | 1 adet |

| | | |
|----|--|--------|
| 4 | Isıtıcı-Soğutucu | 1 adet |
| 5 | Anestezi malzeme ve ilaç dolabı | 1 adet |
| 6 | Monitör ve Basınç kablosu | 2 adet |
| 7 | ACT cihazı | 1 adet |
| 8 | Defibrilatör İnternal Kaşık ile | 1 adet |
| 9 | Pace maker cihazı | 1 adet |
| 10 | Kan şekeri ölçüm cihazı | 1 adet |
| 11 | Benmari | 1 adet |
| 12 | Duvar saati ve oda derecesi | 1 adet |
| 13 | Perfüzör | 4 adet |
| 14 | Kan pompası | 2 adet |
| 15 | Perfüzyon malzeme arabası | 1 adet |
| 16 | İntraaortik balon pompası veya posttkardiyotomi yetmezlik sonrası sol ventriküle destek cihazı | 1 adet |
| 17 | Rektal ısı ölçüm cihazı | 1 adet |
| 18 | Fibrilatör cihazı ve kordonu (opsiyonlu) | 1 adet |
| 19 | Küçük buz kovası | 1 adet |
| 20 | Buz makinesi | 1 adet |
| 21 | Taşınabilir monitör | 1 adet |
| 22 | Rektal prop | 1 adet |
| 23 | Pulse oksimetre | 1 adet |
| 24 | Testere ve motoru | 1 adet |
| 25 | Tabure | 1 adet |
| 26 | Doppler cihazı ve probu | 1 adet |
| 27 | Kan Gazı Analiz Cihazı | 1 adet |
| 28 | Anjiografi gösterme makinesi | 1 adet |
| 29 | Azot tüpü | 1 adet |
| 30 | Oksijen tüpü | 2 adet |
| 31 | Kuru hava tüpü | 1 adet |
| 32 | Boyama seti | 1 adet |
| 33 | Derin dondurucu | 1 adet |

B) AÇIK KALP CERRAHİ SETİ

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | Pens | yeteri kadar |
| 2 | Çamaşır pensi | yeteri kadar |
| 3 | Dişli taygon klemp | yeteri kadar |
| 4 | Dren klempi | 1 adet |
| 5 | Adi portegü | 2 adet |
| 6 | İyi portegü | 2 adet |
| 7 | 6/0 portegü | 2 adet |
| 8 | 5/0 portegü | 3 adet |

| | | |
|----|---------------------------|--------|
| 9 | Uzun portegü | 1 adet |
| 10 | Tel portegü | 1 adet |
| 11 | Mayo makas | 1 adet |
| 12 | Disseksiyon makası | 2 adet |
| 13 | Lima disseksiyon makası | 1 adet |
| 14 | Safen disseksiyon makası | 1 adet |
| 15 | Uzun makas | 2 adet |
| 16 | Kapak makası | 1 adet |
| 17 | Tubing makası | 1 adet |
| 18 | Düz taygon klemp | 6 adet |
| 19 | Satensky | 2 adet |
| 20 | Side klemp | 2 adet |
| 21 | Semb | 2 adet |
| 22 | Kros klemp | 2 adet |
| 23 | Alice | 2 adet |
| 24 | Duval | 2 adet |
| 25 | Dissektör | 3 adet |
| 26 | Buji | 8 adet |
| 27 | Kaşık ekartör | 3 adet |
| 28 | Hook | 1 adet |
| 29 | Siner çengeli | 1 adet |
| 30 | Cilt ekartörü | 1 adet |
| 31 | Sağ atriyum ekartörü | 1 adet |
| 32 | Sol atriyum ekartörü | 1 adet |
| 33 | Küçük faraböf | 2 adet |
| 34 | Büyük faraböf | 2 adet |
| 35 | Küret | 1 adet |
| 36 | Keski | 1 adet |
| 37 | Bistüri sapı | 4 adet |
| 38 | Apex iğnesi | 1 adet |
| 39 | Aortik suction konnektörü | 1 adet |
| 40 | Dişli penset | 2 adet |
| 41 | Dişsiz penset | 1 adet |
| 42 | Uzun penset | 4 adet |
| 43 | Russian penset | 1 adet |
| 44 | Koroner penset | 2 adet |
| 45 | Yemek kaşığı | 1 adet |
| 46 | Klips | 1 adet |
| 47 | Koroner makas | 1 adet |
| 48 | Kıvrık makas | 1 adet |

| | | |
|--|---------------------------|----------------|
| 49 | Safen makası | 1 adet |
| 50 | Kalem portegü | 2 adet |
| 51 | Koroner prop (1-1,5 mm) | 2 adet |
| 52 | Buldog | 2 adet |
| 53 | Eđri iđne | 1 adet |
| 54 | Damar klemleri | yeteri kadar |
| 55 | Dıvır ekartör | yeteri kadar |
| 56 | Böbrek küvet | yeteri kadar |
| 57 | Lima ekartör | yeteri kadar |
| 58 | Orta boy sternum ekartör | yeteri kadar |
| 59 | Pediartik sternum ekartör | yeteri kadar |
| 60 | Derin ayaklı ekart | yeteri kadar |
| 61 | Tubs | yeteri kadar |
| 62 | PDA aletleri | yeteri kadar |
| 63 | Akciđer ekart | yeteri kadar |
| 64 | Skapula ekart | yeteri kadar |
| 65 | Maleable ekart | yeteri kadar |
| 66 | Rujinler | yeteri kadar |
| C) POLİKLİNİK(Ek-3/02 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Crash-cart | 1 adet |
| 2 | Vasküler doppler cihazı | 1 adet |
| D) SERVİS (Ek- 3/01 listesine ek olarak) | | |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| GASTROENTEROLOJİ (EK-3/23) | | |
| A-SERVİS (Ek-3/01 listesi) | | |
| B-POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi) | | |
| C- ENDOSKOPİ ÜNİTESİ | | |
| | TÜRÜ | MİKTAR I |
| 1 | C kollu portable röntgen cihazı | 1 adet |
| 2 | Üreaz testi | yeteri kadar |
| 3 | Sikleroterapi iđnesi | yeteri kadar |
| 4 | Fırça (örnek alma fırçası) | yeteri kadar |
| 5 | Hemoklips | yeteri kadar |

| | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 6 | Stend | yeteri kadar |
| 7 | Koter | yeteri kadar |
| 8 | Fleksibl sigmoidoskopi | 1 adet |
| 9 | ERCP için yan görüşlü duodeneskop | 2 adet Terapötik |
| 10 | ERCP kanülü (dispozıbl) | yeteri kadar |
| 11 | Papillotom | yeteri kadar - iğne uçlu dahil |
| 12 | Dilatasyon bujileri ve balonlar | yeteri kadar |
| 13 | Endosnografi | 1 adet biyopsi probu ile birlikte |
| 14 | Snare | yeteri kadar |
| 15 | Üst GİS endoskopisi için gastroskopi cihazı | 1 adet |
| 16 | Alt GİS endoskopisi için kolonoskopi cihazı | 1 adet |
| 17 | Biopsi forsepsi | 1 adet |
| 18 | Yabancı cisim forsepsi | 1 adet |
| 19 | Basket | 1 adet |
| 20 | Flouroskopik tetkik için TV monitörlü cihaz ve bunun için uygun düzenlenmiş bir oda | 1 adet |

| PSİKİYATRİ (EK-3/24) | | |
|--|--|----------------|
| A- POLİKLİNİK (EK - 3/02 listesi) | | |
| B- SERVİS (Ek-3/01 listesi) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | EKT - Elektroşok cihazı | 1 adet |
| 2 | Anestezi cihazı (özel dal hastaneleri için/ Genel hastanelerde ameliyathane olması nedeniyle gerek yoktur) | 1 adet |
| 3 | Faradi Cihazı (isteğe bağlı) | 1 adet |

| | |
|--|--|
| NEFROLOJİ (EK-3/25) | |
| A) POLİKLİNİK (EK – 3/02 listesi) | |
| B) SERVİS(Ek-3/01 listesi) | |

| | | |
|---|---|----------------|
| ONKOLOJİ (EK-3/26) | | |
| A) POLİKLİNİK (EK – 3/02 listesi) | | |
| B) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Konvansiyonel X ışını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek nitelikte olmalı) | 1 adet |
| 2 | Kobalt 60 teleterapi cihazı | 1 adet |
| 3 | Duyar dozimetre | 1 adet |
| 4 | Vajinal uygulamalar için sonradan yükleme cihazı ya da Radyum 226, Kobalt 60, Sezyum 137, İridyum 192 vb. radyoizotoplar ile bu uygulamaları yapacak set. | 1 adet |
| 5 | Kurşunlu cam | 3 adet |
| 6 | İzotop maşası | 3 adet |
| 7 | Kurşunlu enjektör (çeşitli) | 5 adet |
| 8 | İzotopları taşıyıcı araba | 1 adet |
| 9 | İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap ya da kuyu | 1 adet |
| 10 | İzotop kalibratörü | 1 adet |
| 11 | Çeker ocak | 1 adet |
| 12 | Kurşunlu tuğla | yeteri kadar |

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| DERMATOLOJİ (EK-3/27) | | |
| A- SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Muayene masası | 1 adet |
| 2 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 3 | Steteskop | 1 adet |
| 4 | Çeşitli enjektör ve enjektör iğnesi | Yeterli sayıda |
| 5 | Pansuman küveti | Yeterli sayıda |
| 6 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |
| 7 | Sterilizatör | 1 adet |
| 8 | İdrar sondası | 2'er adet |

| | | |
|----|-----------------|------------------|
| 9 | Yatak muşambası | 5 adet |
| 10 | İdrar kabı | 1 adet |
| 11 | Sürgü | 1 adet |
| 12 | Eldiven | Yeterli miktarda |

B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|---------------------|--------------|
| 1 | Binoküler mikroskop | 1 adet |
| 2 | Lam | 500 adet |
| 3 | Lamel | 500 adet |
| 4 | Petri kutusu | 2 adet |
| 5 | Bistüri | yeteri kadar |
| 6 | KOH %20 solüsyon | yeteri kadar |

GÖĞÜS HASTALIKLARI (EK-3/28)

A- SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|--------------------------------------|---------|
| 1 | Merkezi vakum olmayanlarda aspiratör | 1 adet |
| 2 | Kan gazı cihazı | 1 adet |
| 3 | Tekerlekli sedye | 1 adet |
| 4 | Pulse oksimetre | 1 adet |
| 5 | Ultrasonik nebulizatör | 1 adet |
| 6 | Müdahale masası | 1 adet |

B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|----------------------------|---------|
| 1 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |

GÖĞÜS CERRAHİSİ (EK-3/29)

A) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|-------------------------|--------------|
| 1 | Negatoskop | 1 adet |
| 2 | Plevra ponksiyon iğnesi | yeteri kadar |
| 3 | Trakeostomi kanülleri | yeteri kadar |
| 4 | Rigid bronkoskop | 1 adet |
| 5 | Forsepsler | yeteri kadar |
| 6 | Fiberoptik bronkoskop | 1 adet |
| 7 | Müdahale masası | 1 adet |

B) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|--|------|---------|
|--|------|---------|

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1 | Steteskop | 2 adet |
| 2 | Tansiyon aleti | 2 adet |
| 3 | Nazogastrik sonda | yeteri kadar |
| 4 | İdrar sondası (kadın-erkek) | yeteri kadar |
| 5 | İdrar torbası | yeteri kadar |
| 6 | Bisturi | yeteri kadar |
| 7 | Dişli penset | yeteri kadar |
| 8 | Dişsiz penset | yeteri kadar |
| 9 | Düz makas | yeteri kadar |
| 10 | Eğri makas | yeteri kadar |
| 11 | Koher pensi (hemostatik) | 30 adet |
| 12 | Uzun koher pensi | 8 adet |
| 13 | Port-egü | 6 adet |
| 14 | Trokar | 2 adet |
| 15 | İğne (çeşitli) | yeteri kadar |
| 16 | Rujin (çeşitli) | 2 adet |
| 17 | Dişli ekartör (çeşitli) | 2 adet |
| 18 | Faraböt ekartör | 4 adet |
| 19 | Arter klemleri | 4 adet |
| 20 | Allis klemler | 10 adet |
| 21 | Dissektör | 4 adet |
| 22 | Makas (büyük-küçük) | 1'er adet |
| 23 | Makas (eğri-düz) | 2'şer adet |
| 24 | Bistüri sapı (20 ve 22 numara) | 2 adet |
| 25 | Klemp (maskito) | 5 adet |
| 26 | Monitör sistemi | 2 adet |
| 27 | Makas (ince disseksiyon) | 1 adet |
| 28 | Makas (iplik kesme) | 1 adet |
| 29 | Makas (vasküler tip) | 1 adet |
| 30 | Port-egü (platin uçlu) | 1 adet |
| 31 | Port-egü (sternum teli için) | 1 adet |
| 32 | Vasküler Port-egü (uzun) | 1 adet |
| 33 | Vasküler Port-egü (kısa) | 1 adet |
| 34 | Dissektör pensi (geniş açılı) | 1 adet |
| 35 | Dissektör pensi (dar) | 1 adet |
| 36 | Satinski pensi | 1 adet |
| 37 | Satinski pensi (vasküler) | 1 adet |
| 38 | Toraks ekartörü (finochietto) (uzun) | 1 adet |
| 39 | Toraks ekartörü (finochietto) (orta) | 1 adet |
| 40 | Toraks ekartörü (finochietto) (kısa) | 1 adet |
| 41 | Atravmatik penset (uzun) | 2 adet |

| | | |
|----|----------------------------|--------|
| 42 | Atravmatik penset (orta) | 2 adet |
| 43 | Atravmatik penset (kısa) | 2 adet |
| 44 | Vasküler atravmatik penset | 3 adet |
| 45 | Düval pensi | 2 adet |
| 46 | Ellis pensi | 2 adet |
| 47 | Küçük bistüri sapı | 2 adet |
| 48 | Defibrilatör | 1 adet |
| 49 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 50 | Kan gazı cihazı | 1 adet |
| 51 | Oksijen ve Azot tüpleri | 2 adet |
| 52 | İnvaziv mekanik ventilatör | 1 adet |
| 53 | Nebulizatör (hasta başı) | 1 adet |
| 54 | İnfüzyon pompası | 7 adet |
| 55 | Entübasyon fiberskopu | 1 adet |
| 56 | Kan pompası | 2 adet |
| 57 | Kesintisiz güç kaynağı | |
| 58 | Sedye | 2 adet |
| 59 | Yoğun bakım yatağı | 2 adet |
| 60 | Havalı yatak | |

C) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|---------------------|----------------|
| 1 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |
| 2 | Negatoskop | 1 adet |
| 3 | Tekerlekli sedye | 1 adet |

NÜKLEER TIP (EK-3/30)

A)SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|--------------|----------------|
| 1 | Kurşun önlük | 2 adet |

B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi)

| C) LABORATUAR | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------|
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Santrifüj | 1 adet |
| 2 | Polistern tüp | yeteri kadar |
| 3 | Otoanalizör cihazı | 1 adet |
| 4 | RIA yöntemi için Gama counter | 1 adet |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5 | Pipet, pipet ucu | yeteri kadar |
| 6 | Spor | 3 adet |
| 7 | Buzdolabı | 1 adet |
| 8 | Bilgisayar | 1 adet |
| D) RAPOR ODASI | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Negatoskop | 1 adet |
| 2 | Bilgisayar ve Printer | Birer adet |
| E) SİNTİGRAFİ | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Gama kamera | 1 adet |
| 2 | Film basma -Multiformat | 1 adet |
| 3 | Film banyo | 1 adet |

| AĞIZ VE DİŞ ÇENE HASTALIKLARI, ÇENE CERRAHİSİ (EK-3/31) | | |
|--|----------------------------------|----------------|
| A- POLİKLİNİK | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Cerrahi aspiratör | 1 adet |
| 2 | Cerrahi mikromoor | 1 adet |
| 3 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 4 | Ayna | 100 adet |
| 5 | Sont | 100 adet |
| 6 | Presel | 100 adet |
| 7 | Davye takımı (10'lu) | 2 takım |
| 8 | Elavatör bein | 10 adet |
| 9 | Elavatör Tohms (sağ-sol) takımı | 10 adet |
| 10 | Elavatör Winter (sağ-sol) | 10 adet |
| 11 | Cerrahi küret (çeşitli boylarda) | 10 adet |
| 12 | Periost elevatörü | 10 adet |
| 13 | Kemik pensi | 2 adet |
| 14 | Kemik eđesi | 2 adet |
| 15 | Port-egü | 5 adet |
| 16 | Düz makas | 5 adet |
| 17 | Eđri makas | 5 adet |
| 18 | Ekartör (çeşitli boylarda) | 5 adet |
| 19 | Çelik küvet (büyük) | 5 adet |
| 20 | Çelik küvet (küçük) | 5 adet |
| 21 | İlaç dolabı | 1 adet |
| 22 | Bistüri sapı (3 numara) | 5 adet |

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| 23 | Çekiç | 2 adet |
| 24 | Guj | 2 adet |
| B) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye Ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Guj | 2 adet |
| 2 | Ekskavatör | 5 adet |
| 3 | Siman fulvarı | 5 adet |
| 4 | Amalgam fulvarı | 5 adet |
| 5 | Ağız spatülü | 5 adet |
| 6 | Siman spatülü | 5 adet |
| 7 | Periodotal küret seti | 5 adet |

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| ENFEKSİYON HASTALIKLARI (EK-3/32) | | |
| A POLİKLİNİK (Ek - 3/02 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pansuman seti | 1 adet |
| B) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Lomber Ponksiyon seti | 3 adet |

| | | |
|--|---|----------------|
| ÇOCUK CERRAHİSİ (EK-3/33) | | |
| A- POLİKLİNİK (EK - 3/05 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pansuman arabası | 1 adet |
| 2 | Pansuman seti | yeteri kadar |
| B) SERVİS (Ek-3/03 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Yatak (büyük ve küçük boyda) | yeteri kadar |
| 2 | Küvöz veya radyant ısıtıcılı açık yatak | yeteri kadar |
| 3 | Fototerapi cihazı | yeteri kadar |
| 4 | Bebek ve büyük çocuk tartısı | Birer adet |
| 5 | Boy ölçer | 1 adet |
| 6 | Pulse oksimetre | 2 adet |
| 7 | Ventilatör | 1 adet |
| 8 | Transport küvözü | 1 adet |
| 9 | Pansuman arabası | 1 adet |
| 10 | Buhar makinası | yeteri kadar |

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
| 11 | Mikroskop | 1 adet |
| 12 | Glukometre cihazı | 1 adet |
| 13 | İnfüzyon pompası | yeteri kadar |
| 14 | Cutdown- Biopsi seti | 1 adet |
| 15 | Buzdolabı | yeteri kadar |
| 16 | Dansitometre | 1 adet |
| C) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye Ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Elektirikli battaniye | yeteri kadar |
| 2 | Maskito klempi | 8 adet |
| 3 | Benson klempi | 1 adet |
| 4 | Çamaşır klempi | 8 adet |
| 5 | Allis klempi | 2 adet |
| 6 | Rightangle disseksiyon klempi | 4 adet |
| 7 | Bistüri sapı | 2 adet |
| 8 | Finochietto (küçük ve orta boy) | Birer adet |
| 9 | Penset | 2 adet |
| 10 | Dişli penset | 1 adet |
| 11 | Kocher klempi | 1 adet |
| 12 | Adson penset | 2 adet |
| 13 | Port-egü | 2 adet |
| 14 | Doku makası | 2 adet |
| 15 | Düz makas | 1 adet |
| 16 | Roux ekartörü | 2 adet |
| 17 | Hook retraktörü | 1 adet |
| 18 | Farabeufekartör | 2 adet |
| 19 | Deaver ekartörü | 2 adet |
| 20 | Kocher ekartörü | 2 adet |
| 21 | Weitlaner ekartör | 2 adet |
| 22 | Over klempi | 2 adet |
| 23 | Küvetler | yeteri kadar |
| 24 | Magill pensi | 1 adet |
| 25 | Babcock forsepsi | 1 adet |
| 26 | Stile | 1 adet |
| 27 | Hemostatic klemp | 8 adet |
| 28 | Hegar dilatatörleri | 1 takım |

RADYASYON ONKOLOJİSİ (EK-3/34)

| | | |
|--|-------------|----------------|
| | TÜRÜ | MİKTARI |
|--|-------------|----------------|

| | | |
|----|--|--------------|
| 1 | Konvansiyonel X ışını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek nitelikte olmalı) | 1 adet |
| 2 | Kobalt 60 veya Lineer Akseleratör teleterapi cihazı | 1 adet |
| 3 | Simülatör | 1 adet |
| 4 | Duyar dozimetre | 1 adet |
| 5 | Kurşunlu cam | 3 adet |
| 6 | İzotop maşası | 3 adet |
| 7 | 7.Kurşunlu enjektör (çeşitli) | 5 adet |
| 8 | İzotopları taşıyıcı araba | 1 adet |
| 9 | İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap ya da kuyu | 1 adet |
| 10 | İzotop kalibratörü | 1 adet |
| 11 | Çeker ocak | 1 adet |
| 12 | Kurşunlu tuğla | yeteri kadar |
| 13 | TAEK tarafından istenen güvenlik setleri | yeteri kadar |

| ANESTESİ VE REANİMASYON (EK-3/35) | | |
|--|--|-----------------------------|
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Anestezi cihazı (Arkalarında O2 ve N2O küçük silindir tüpleri dolu olarak bulunmalı) | (Ameliyat masası sayısında) |
| 2 | Aspiratör (merkezi veya taşınabilir) | Ameliyat masası sayısında) |
| 3 | Merkezi oksijen, hava, azot protoksit kaynağı veya taşınabilir tüpler | 1'er adet |
| 4 | Monitör (En az 2 kanal EKG, 1 adet invaziv basınç, SpO2 (Pulse oksimetre- ETCO2 ve ısı takibi yapılabilirmeli) | (Ameliyat masası sayısında) |
| 5 | Larengoskop (acil, ameliyathane ve müdahale odalarında) | 1'er adet |
| 6 | Zor entübasyon için | |
| | a) Düz bleydli larengoskop veya ucu kıvrılabilen bleydli larengoskop | 1 adet |
| | b) Larengeal maske (her boyda) | 1'er adet |
| 7 | Trakeostomi seti, perkütan veya acil trakeostomi (mini set) | 1 adet |
| 8 | Defibrilatör (ameliyathane ve acil için) | 1'er adet |
| 9 | Santral kateterizasyon için gerekli malzemeler (kateter, intraducer ara basınç kablosu, transducer) | |
| 10 | Arteriyal kateterizasyon için gerekli malzemeler (transducer) | |
| 11 | Ambu ve değişik boylarda maske (ameliyathane ve acil için) | 1'er adet |
| 12 | Entübasyon tüpleri (her boyda) | 1'er adet |
| 13 | Tansiyon aleti (ameliyathane ve acil için) | 1'er adet |
| 14 | Steteskop (ameliyathane ve acil için) | 1'er adet |
| 15 | Kan pompaları-500 cc (hızlı kan infüzyonu için) | yeteri kadar |

GENEL YOĞUN BAKIM (EK-3/ 36)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|----|--|---|
| 1 | Baş ve ayak kısmı bağımsız hareket edebilen Trandelenburg yapabilen CPR yapılabilen elektrikli otomatik yoğun bakım yatağı | Ruhsatında kayıtlı yoğun bakım yatak sayısı kadar |
| 2 | Seyyar oksijen tüpü | 2 adet |
| 3 | Deve boynu | yatak sayısı kadar |
| 4 | Monitör | yatak sayısı kadar |
| 5 | Respiratör | yatak sayısı kadar |
| 6 | Test balonu | yeteri kadar |
| 7 | Perfüzör | yatak sayısı kadar |
| 8 | Perfüzör ayağı | yatak sayısı kadar |
| 9 | Crash-Cart: | 1 adet |
| | a) Defibrilatör | |
| | b) Ambu | |
| | c) Larangeskop | |
| | d) Oksijen tüpü | |
| | e) Guide | |
| | f) Oksijen jakı | |
| | g) Mayi askısı | |
| | h) Makas | |
| 10 | Pace-maker (internal-external) | 1 adet |
| 11 | Klemp | 3 adet |
| 12 | Negatif basınç manometresi | yatak sayısı kadar |
| 13 | İntermitan devamlı oksijen manometresi | yatak sayısı kadar |
| 14 | Suction cihazı (Trunka bağlı) | yatak sayısı kadar |
| 15 | Hasta başı merkezi hava oksijen vakum sistemi | yatak sayısı kadar |
| 16 | Seyyar aspiratör | 2 adet |
| 17 | Hasta ısıtma sistemi | yatak sayısı kadar |
| 18 | Nebülizatör | 2 adet |
| 19 | Seyyar cerrahi lambası | 1 adet |
| 20 | Koter cihazı | 1 adet |
| 21 | Volüm pompası | yatak sayısı kadar |
| 22 | Benmari | 1 adet |
| 23 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 24 | ACT cihazı | 1 adet |
| 25 | CO cihazı | 1 adet |
| 26 | Doppler cihazı (EI) | 1 adet |
| 27 | Bronkoskop | 1 adet |
| 28 | Negataskop | 2 adet |

| | | |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 29 | Işıldak | 1 adet |
| 30 | Havalı yatak | 2 adet |
| 31 | Pulse Oksimetre kablosu | yatak sayısı kadar |
| 32 | Kan pompası | 3 adet |
| 33 | Buzdolabı | 1 adet |
| 34 | Böbrek küvet | yeteri kadar |
| 35 | Makas | 3 adet |
| 36 | Meggy pensi | 1 adet |
| 37 | Pansuman seti | 3 adet |
| 38 | Dikiş seti | 1 adet |
| 39 | Küret | 1 adet |
| 40 | Dren çekme seti | 1 adet |
| 41 | Steril setler | |
| | a) Acil müdahale seti | 1 adet |
| | b) Dren takma seti | 1 adet |
| | c) Trakeostomi seti | 1 adet |
| | d) Balon takma seti | 1 adet |
| | e) Cut-down seti | 1 adet |
| 42 | Sürgü yıkama makinesi | 1 adet |
| 43 | Buz makinesi | 1 adet |
| 44 | Kuru hava tüpü | 1 adet |
| 45 | Tekerlekli sandalye (delikli) | 1 adet |
| 46 | Narkotik kutusu | 1 adet |
| 47 | Ambu cihazı | yatak sayısı kadar |

| CERRAHİ YOĞUN BAKIM (EK-3/37) | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik karyola | Yoğun Bakım yatak sayısı kadar |
| 2 | Seyyar oksijen tüpü | 2 adet |
| 3 | Deve boynu | Yoğun Bakım yatak sayısı kadar |
| 4 | İlaç dolabı | 1 adet |
| 5 | Monitör | 2 adet |
| 6 | Respiratör | 2 adet |
| 7 | Test balonu | yeteri kadar |
| 8 | Perfüzör | 6 adet |
| 9 | Perfüzör ayağı | 1 adet |

| | | |
|----|---|--------|
| 10 | Sistem sehpası | 1 adet |
| 11 | Basamak | 1 adet |
| 12 | Crash-Cart: | 1 adet |
| | a) Defibrilatör | |
| | b) Ambu | |
| | c) Larangeskop | |
| | d) Oksijen tüpü | |
| | e) Guide | |
| | f) Oksijen jakı | |
| | g) Mayi askısı | |
| | h) Makas | |
| 13 | Pace-maker (internal-external) | 1 adet |
| 14 | Klemp | 3 adet |
| 15 | Negatif basınç manometresi | 3 adet |
| 16 | İntermitan devamlı oksijen manometresi | 3 adet |
| 17 | Hasta başı merkezi hava oksijen vakum sistemi | 3 adet |
| 18 | Seyyar aspiratör | 1 adet |
| 19 | Hasta ısıtma sistemi | 3 adet |
| 20 | Nebülizatör | 1 adet |
| 21 | Seyyar cerrahi lambası | 1 adet |
| 22 | Koter cihazı | 1 adet |
| 23 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 24 | Steteskop | 1 adet |
| 25 | Volüm pompası | 1 adet |
| 26 | Benmari | 1 adet |
| 27 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 28 | Negataskop | 3 adet |
| 29 | İşıldak | 1 adet |
| 30 | Havalı yatak | 1 adet |
| 31 | Pulse Oksimetre kablosu | 1 adet |
| 32 | Kan pompası | 3 adet |
| 33 | Buzdolabı | 1 adet |
| 34 | Oda derecesi | 1 adet |
| 35 | Böbrek küvet | 3 adet |
| 36 | Makas | 3 adet |
| 37 | Meggy pensi | 1 adet |
| 38 | Pansuman seti | 3 adet |
| 39 | Dikiş seti | 1 adet |
| 40 | Küret | 1 adet |
| 41 | Dren çekme seti | 1 adet |
| 42 | Steril setler | |

| | | |
|----|--|--------|
| | a) Acil müdahale seti | 1 adet |
| | b) Dren takma seti | 1 adet |
| | c) Trakeostomi seti | 1 adet |
| | d) Cut-down seti | 1 adet |
| 43 | Yıkama ve kurutma makinası (sterilizasyon) | 1 adet |
| 44 | Sürgü yıkama makinası | 1 adet |
| 45 | Atık kovası | 4 adet |
| 46 | Kuru hava tüpü | 1 adet |
| 47 | Tekerlekli sandalye (delikli) | 1 adet |
| 48 | Sedye | 1 adet |
| 49 | Narkotik kutusu | 1 adet |
| 50 | Tartı | 1 adet |

| KARDİOLOJİ YOĞUN BAKIM (EK-3/38) | | |
|---|--|--------------------------------|
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik karyola | Yoğun Bakım yatak sayısı kadar |
| 2 | Monitör (KB, EKG takibi yapılabilecek) | 2 adet |
| 3 | Defibrilatör | 1 adet |
| 4 | EKG cihazı | 1 adet |
| 5 | Transport ventilatörü | 1 adet |
| 6 | Transport monitörü | 1 adet |
| 7 | İntraaortik balon pompası | 1 adet |
| 8 | Ventilatör | 2 adet |
| 9 | Ambu cihazı (Erişkin ve Çocuk için) | Birer adet |
| 10 | Laringoskop | 1 adet |
| 11 | Seyyar Aspiratör | 1 adet |
| 12 | İnfüzyon pompası | yatak sayısı kadar |
| 13 | Perfüzör | yatak sayısı kadar |
| 14 | Nebülizatör | 1 adet |
| 15 | Seyyar oksijen tüpü | 2 adet |
| 16 | Entübasyon tüpü (değişik çaplarda) | yeteri kadar |

| KVC YOĞUN BAKIM (EK-3/39) | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|
| | TÜRÜ | MİKTARI |

| | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | Baş ve ayak kısmı bağımsız hareket edebilen Trandelenburg yapabildi CPR yapılabildi elektrikli otomatik yoğun bakım yatağı | Ruhsatında Kayıtlı en az 2 adet yatak |
| 2 | Monitör kvc hastalarına yönelik | yatak sayısı kadar |
| 3 | Defibrilatör | 1 adet |
| 4 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 5 | Transport ventilatörü | 1 adet |
| 6 | Transport monitörü | 1 adet |
| 7 | İntraaortik balon pompası | 1 adet |
| 8 | Ventilatör | yatak sayısı kadar |
| 9 | Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için) | 1 adet |
| 10 | Laringoskop | 2 adet |
| 11 | İnfüzyon pompası | yatak sayısı kadar |
| 12 | Perfüzör | yatak sayısı kadar |
| 13 | Nebülizatör | 2 adet |
| 14 | Seyyar oksijen tüpü | 2 adet |
| 15 | Entübasyon tüpü (değişik çaplarda) | yeteri kadar |
| 16 | Hasta başı sandalyesi | yatak sayısı kadar |
| 17 | Test balonu | yeteri kadar |
| 18 | Crash-Cart: | 1 adet |
| | a) Defibrilatör | 1 adet |
| | b) Ambu | 1 adet |
| | c) Larangeskop | 1 adet |
| | d) Oksijen tüpü | 1 adet |
| | e) Guide | 1 adet |
| | f) Oksijen jakı | 1 adet |
| | g) Mayi askısı | 1 adet |
| | h) Makas | 1 adet |
| 19 | Pace-maker (internal-external) | 1 adet |
| 20 | Klemp | 3 adet |
| 21 | Negatif basınç manometresi | yatak sayısı kadar |
| 22 | İntermitan devamlı oksijen manometresi | yatak sayısı kadar |
| 23 | Suction cihazı (Trunka bağlı) | yatak sayısı kadar |
| 24 | Seyyar aspiratör | 2 adet |
| 25 | Hasta ısıtma sistemi | yatak sayısı kadar |
| 26 | Nebülizatör | 2 adet |
| 27 | Seyyar cerrahi lambası | 1 adet |
| 28 | Koter cihazı | 1 adet |
| 29 | Volüm pompası | yatak sayısı kadar |
| 30 | ACT cihazı | 1 adet |
| 31 | CO cihazı | 1 adet |

| | | |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 32 | Doppler cihazı (El) | 1 adet |
| 33 | Negataskop | 2 adet |
| 34 | Işıldak | 1 adet |
| 35 | Havalı yatak | 2 adet |
| 36 | Pulse Oksimetre kablosu | yatak sayısı kadar |
| 37 | Kan pompası | 3 adet |
| 38 | Buzdolabı | 1 adet |
| 39 | Böbrek küvet | yeteri kadar |
| 40 | Meggy pensi | 1 adet |
| 41 | Pansuman seti | 3 adet |
| 42 | Dikiş seti | 1 adet |
| 43 | Küret | 2 adet |
| 44 | Dren çekme seti | 1 adet |
| 45 | Steril setler | |
| | a) Acil müdahale seti | 1 adet |
| | b) Dren takma seti | 1 adet |
| | c) Trakeostomi seti | 1 adet |
| | d) Balon takma seti | 1 adet |
| | e) Cut-down seti | 1 adet |
| 46 | Sürgü yıkama makinesi | 1 adet |
| 47 | Buz makinesi | 1 adet |
| 48 | Atık kovası | 4 adet |
| 49 | Kuru hava tüpü | 1 adet |
| 50 | Tekerlekli sandalye (delikli) | 1 adet |
| 51 | Narkotik kutusu | 1 adet |
| 52 | Ambu cihazı | yatak sayısı kadar |
| 53 | İABP Konsolu | 1 adet |

| YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM (EK-3/40) | | |
|--|------------------------------|---|
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Bebek tartısı | 1 adet |
| 2 | Muayene masası | 1 adet |
| 3 | Radyant ısıtıcılı açık yatak | 1 adet |
| 4 | Küvöz | 2 adet (ilave her 10 kadın doğum hasta yatağına 1 adet) |
| 5 | Transport küvözü | 1 adet |
| 6 | Fototerapi cihazı | 10 hasta yatağına 1 adet |

| | | |
|----|--|--------------|
| 7 | Pulse oksimetre | 1 adet |
| 8 | Basınç kontrollü respiratör | 1 adet |
| 9 | Hasta başı monitörü (doppler tansiyon aletli) | 1 adet |
| 10 | Kot yatak | 6 adet |
| 11 | Aspiratör | 1 adet |
| 12 | Laringoskop (Düz bıçaklı seti) | 1 adet |
| 13 | Ambu (Hava kesesi) | 1 adet |
| 14 | Term ve preterm bebek için ambu maskesi | 2 adet |
| 15 | Steteskop | 2 adet |
| 16 | Oftalmoskop | 1 adet |
| 17 | Otoskop | 1 adet |
| 18 | Negatoskop | 1 adet |
| 19 | Term ve preterm bebek için 0-1 nolu airway | 2 adet |
| 20 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |
| 21 | Glukometre cihazı | 1 adet |
| 22 | Mezüre | 1 adet |
| 23 | Termometre | 1 adet |
| 24 | Disponible kan değişim seti | 3 adet |
| 25 | İnfüzyon pompası | 3 adet |
| 26 | Etüv (hastane genelinde yok ise) | 1 adet |
| 27 | Otomatik süt sağma makinası | 1 adet |
| 28 | Otomatik süt sağma seti | 4 adet |
| 29 | Umbilical Arter-Ven Kateteri | Yeteri Kadar |
| 30 | C.V Kateter | Yeteri Kadar |
| 31 | İşitme Tarama Cihazı | 1 adet |
| 32 | Portable Röntgen Cihazı | 1 adet |
| 33 | Kan gazı Cihazı (Hastane genelinde yoksa) | 1 adet |
| 34 | Bilirubin Ölçüm Cihazı | 1 adet |
| 35 | Santrifüj Cihazı | 1 adet |
| 36 | Nebülizatör | 1 adet |
| 37 | Defibrilatör | 1 adet |

BİYOKİMYA LABORATUARI (EK-3/41)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|--|-------------|----------------|
|--|-------------|----------------|

| A) BİYOKİMYA KAN ANALİZLERİ: | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| 1 | Masaüstü tipte tam veya yarı otomatik analizör (Ortalama 100 test/saat) | 1 adet |
| 2 | Otoanalizör (10 test/saat) | 1 adet |
| 3 | Otoanalizörde kullanılacak kitlerin uygun koşullarda saklanması için laboratuvar tipli buzdolabı | 1 adet |
| 4 | Derin dondurucu | 1 adet |
| 5 | Etüv | 1 adet |
| 6 | Kan gazı cihazı | 1 adet |
| B) İDRAR ANALİZLERİ: | | |
| 1 | İdrar strip okuyucusu | 1 adet |
| 2 | 16-24 tüplük, 0-4000 d/d'de çalışan santrifüj | 2 adet |
| 3 | Işık mikroskobu | 1 adet |
| 4 | 24'lük tüp sporu | yeteri kadar |
| 5 | 15'lik dibi konik santrifüj tüpleri | yeteri kadar |
| 6 | Mezüre | yeteri kadar |
| 7 | Dansitometre | 1 adet |
| 8 | Numune almak üzere idrar kapları | yeteri kadar |
| E) DİĞER MALZEMELER | | |
| 1 | Otomatik pipet (0-100 ml'lik) | 2 adet |
| 2 | Otomatik pipet ucu (0-100 ml'lik) | 1000 adet |
| 3 | Otomatik pipet (100-1000 ml'lik) | 2 adet |
| 4 | Otomatik pipet ucu (100-1000 ml'lik) | 1000 adet |
| 5 | Lam-lamel | yeteri kadar |
| 6 | Cam balon 1000 ml'lik | 1 adet |
| 7 | Cam balon 2000 ml'lik | 2 adet |
| 8 | Cam mezüre 100 ml'lik | 1 adet |
| 9 | Cam mezüre 500 ml'lik | 1 adet |
| 10 | Cam mezüre 1000 ml'lik | 1 adet |
| 11 | Deney tüpleri | yeteri kadar |
| 12 | Biyokimyasal, hematolojik amaçlı vacutainer tüpleri | yeteri kadar |

| MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI (EK-3/42) | | |
|--|-------------------|----------------|
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Mikroskop | 1 adet |
| 2 | Etüv (elektrikli) | 1 adet |
| 3 | Genel santrifüj | 1 adet |
| 4 | Otoklav | 1 adet |
| 5 | Benmari | 1 adet |

| | | |
|----|------------------------------|--------------|
| 6 | Buzdolabı | 1 adet |
| 7 | Hassas terazi | 1 adet |
| 8 | Elektrikli kuru sterilizatör | 1 adet |
| 9 | Aglütinaskop | 1 adet |
| 10 | Laboratuvar saati | 1 adet |
| 11 | Bunzen beki | 3 adet |
| 12 | Tüp sporları | 10 adet |
| 13 | Porselen havan (Büyük boy) | 1 adet |
| 14 | Emaye küvet | 3 adet |
| 15 | Spatül | 3 adet |
| 16 | Öze | 5 adet |
| 17 | Amyantlı tel levha | 1 adet |
| 18 | Steril lanset | 1 kutu |
| 19 | Thoma lamı | 2 adet |
| 20 | Lökosit pipetleri | yeteri kadar |
| 21 | Çeşitli hacimli enjektörler | yeteri kadar |
| 22 | Pipetler (çeşitli) | yeteri kadar |
| 23 | Deney tüpleri (çeşitli) | yeteri kadar |

**PATOLOJİ LABORATUARI
EK-3/43**

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|--|----------------|
| 1 | Binoküler mikroskop | 1 adet |
| 2 | Kızaklı ya da rötarlı mikrotom | 1 adet |
| 3 | Etüv | 1 adet |
| 4 | Bisturi-pens- makas (çeşitli) | Birer adet |
| 5 | Lam-lamel | yeteri kadar |
| 6 | Parafin, ksilol, boya maddeleri, alkol | yeteri kadar |

ENDOKRİNOLOJİ VE METOBOLİZMA HASTALIKLARI (EK-3/44)

A-SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | İdrar sticleri (Keton stiği ve glikoz stiği) | yeteri kadar |
| 2 | Bel ve kalça ölçümü için mezura | 1 adet |
| 3 | Boy ve kilo ölçümü için cihaz | 1 adet |

B-POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---|--------------------------------|----------------|
| 1 | Glukometre | 1 adet |
| 2 | İnfizyon pompa ve setleri | 1 adet |
| 3 | Monofilament ve refleks çekici | 1 adet |

| | | |
|---|---------------------------------|--------|
| 4 | Bel ve kalça ölçümü için mezura | 1 adet |
| 5 | Boy ve kilo ölçümü için cihaz | 1 adet |

| GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ (EK-3/45) | | |
|---|--|----------------|
| A-POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi) | | |
| B-SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) | | |
| | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Monitör (nabız, kan basıncı, parsiyel oksijen basıncı ölçebilen SpO2 -ETCO2 ve ısı takibi yapılabilecek) | 1 adet |
| 2 | En az 2 kanal EKG | 1 adet |
| C-ENDOSKOPI ÜNİTESİ (Ek-3/23 listesi) | | |
| D-AMELİYATHANE (Ek3/D listesine ek olarak) | | |
| 1 | Laporoskopi seti (ileri laporoskopi yapmaya uygun) | yeteri kadar |
| 2 | Endocerrahi el aletleri | yeteri kadar |

EK

-4

**ÖZEL HASTANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLARIN
TÜRLERİ VE ASGARİ MİKTARLARI**

| | İLAÇ TÜRÜ | MİKTARI |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Adrenalin ampul 1 mg. | Yeteri sayıda |
| 2 | Aminocardol ampul | Yeteri sayıda |
| 3 | Atropin ampul 1/4 mg. | 5 adet |
| 4 | Antihistaminik ampul | 5 adet |
| 5 | Analjezik ampul | 5 adet |
| 6 | Antispasmodik ampul | 5 adet |
| 7 | Antianksiyetik ampul | 5 adet |
| 8 | (Mülga:R.G.-11/3/2009-27166) | |
| 9 | Antiseptik solüsyon | 500 cc |
| 10 | Oksijenli su | 500 cc |
| 11 | Polivinil prolidone iyot sol. | 500 cc |
| 12 | Heparin | 5 adet |

| | | |
|----|--|----------------|
| 13 | İsoptin ampul | 5 adet |
| 14 | Pronestyl ampul + Beta Blokörler | 5 adet |
| 15 | K. Vit. Ampul | 5 adet |
| 16 | Kortikosteroid ampul ve Sol. | 5 adet |
| 17 | Narkotik analjezik ampul | 5 adet |
| 18 | Methergine ampul | 5 adet |
| 19 | Serum Glycose % 5 + 500 cc. | 5 adet |
| 20 | Serum Glycose % 30 + 500 cc. | 5 adet |
| 21 | İsolyte sol. 500 cc. | 5 adet |
| 22 | Mannitol % 20'lik 500 cc. | 5 adet |
| 23 | İnsuline cristalise | 5 adet |
| 24 | Flaster | 5 adet |
| 25 | Diüretik ampul | 5 adet |
| 26 | Lokal anestezi ampul veya flakon | Yeterli sayıda |
| 27 | Muhtelif cins ve ebatta suture materyeli | Yeterli sayıda |

EK -5

ZORUNLU ÖZEL HASTANELERİN ACİL ÜNİTESİNDE BULUNMASI ASGARİ İLAÇ LİSTESİ

| | İLAÇ TÜRÜ | MİKTARI |
|----|----------------------------------|----------------|
| 1 | Hemostatik ampul | Yeteri sayıda |
| 2 | K Vit | Yeteri sayıda |
| 3 | Heparin | Yeteri sayıda |
| 4 | Protamin sülfat ampul | Yeteri sayıda |
| 5 | Aminocardol ampul | Yeteri sayıda |
| 6 | Ephedrin ampul | Yeteri sayıda |
| 7 | Kortikosteroid ampul ve solüsyon | Yeteri sayıda |
| 8 | Antihistaminik ampul | Yeteri sayıda |
| 9 | Analjezik ampul | Yeteri sayıda |
| 10 | Antispazmodik ampul | Yeteri sayıda |
| 11 | Narkotik-Analjezik ampul | Yeteri sayıda |
| 12 | Antianksiyetik ampul | Yeteri sayıda |
| 13 | %5 Dextroz 500 cc. | Yeteri sayıda |
| 14 | %30 Dextroz 500 cc. | Yeteri sayıda |

| | | |
|----|----------------------|---------------|
| 15 | Isolyte 500 cc. | Yeteri sayıda |
| 16 | %20 Mannitol 500 cc. | Yeteri sayıda |
| 17 | Kristalize İnsulin | Yeteri sayıda |
| 18 | Antiemetik ampul | Yeteri sayıda |
| 19 | Alkol | Yeteri sayıda |
| 20 | Oksijenli su | Yeteri sayıda |
| 21 | Flaster | Yeteri sayıda |
| 22 | Serum antidifterique | Yeteri sayıda |
| 23 | Penicillin | Yeteri sayıda |
| 24 | Diüretik ampul | Yeteri sayıda |
| 25 | Naloxan ampul | Yeteri sayıda |

EK-6
ÖZEL HASTANELERİN ACİL ÜNİTESİNDE BULUNMASI
ZORUNLU
ASGARİ ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ

| | TÜRÜ | MİKTARI |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| (Ek-3/01 listesine ek olarak) | | |
| 1 | Trakeostomi kanülleri (çeşitli) | 2'şer adet |
| 2 | Yatak muşambası | 5'şer adet |
| 3 | Buz kesesi | 6 adet |
| 4 | Mobil röntgen cihazı | 1 adet |
| 5 | Batın ponksiyon iğnesi | 2 adet |
| 6 | Plevra ponksiyon iğnesi | 2 adet |

(Değişik:RG-24/5/2010-27590)

EK-7

ÖZEL HASTANE FAALİYET İZİN BELGESİ

Hastanenin

Adı

.....

Adresi

.....

Sahibinin Adı

.....

Ruhsat

Tarih

ve

Sayısı

.....

Poliklinik sayısı

.....

Toplam Hasta Yatak Sayısı : RakamlaYazı ile dır.

Yoğun Bakım Yatak Sayısı : Rakamla Yazı ile..... dır.

Gözlem Yatak Sayısı : Rakamla Yazı ile dır.

Ücretsiz Hasta Tedavilerine

Ayrılan Yatak Sayısı :

1) Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları:

a) Kadrolu uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:.....

b) Kısmi zamanlı uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:.....

2) Konsültan uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:.....

3) Yoğun Bakım Üniteleri:.....

4) Laboratuvarlar (Hastane bünyesinde kurulanlar ayrıca belirtilecek):.....

5) Radyoloji Ünitesi (Hastane bünyesinde kurulanlar ayrıca belirtilecek):.....

6) Diğer Tıbbi Birim ve Merkezler:.....

7) Sözleşme ile satın aldığı hizmetler:.....

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet göstermesi için/..../..... tarihinde işbu belge verilmiştir.

ONAY

EK- 8

ÖZEL HASTANE ÜCRETSİZ HASTA FORMU

Hastanenin:

İli:

İsmi:

Ruhsat talebi ile başvuran özel hastane hizmet binasına veya binalarına ait projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin uygunluğu İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğüne oluşturulacak bir Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği bir Sağlık Müdür Yardımcısı ile bir teknik personel, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden bir mimar, birer makine, elektrik ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

- 1) Yer seçimi uygun mu? (İl Trafik Komisyonu Raporu eklenecek)
- 2) Ön izin belgesi var mı? Zorunlu değişiklikler halinde Bakanlık Onayı alınmış mı?
- 3) Bina müstakil mi? Bina özel hastane olarak mı inşa edilmiş?
- 4) Hasta odaları, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut durum nedir?
- 5) Poliklinik muayene odaları, Yönetmeliğin 23 üncü maddesine uygun mu?
- 6) Ameliyathaneler, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun mu? Ameliyet salon yüksekliği ve net kullanım alanları uygun mu?

7) Yoğun bakım üniteleri, Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun mu?

8) Gözlem odaları Yönetmeliğin 25/A maddelerine uygun mu?

- 9) Acil ünitesi, Yönetmeliğin 26 ncı ve 39 uncu maddelerine uygun mu?
- 10) Eczane, Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun mu?
- 11) Laboratuvarlar, Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun mu?
- 12) Isıtma, havalandırma ve aydınlatma şartları, Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun mu?
- 13) Morg, Yönetmeliğin 35 inci maddesine uygun mu?
- 14) Mutfak ve çamaşırhane, Yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun mu?
- 15) Ambulans, Yönetmeliğin 40 inci maddesine uygun mu?
- 16) Tıbbî kayıt ve arşiv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 nci maddelerine uygun mu?
- 17) Jeneratör, Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun mu?
- 18) Özürlülere ilişkin düzenlemeler, Yönetmeliğin 31 inci ve 34 üncü maddelerine uygun olarak yapılmış mı?
- 19) Tıbbî atıklar için 33 üncü maddeye uygun düzenlemeler yapılmış mı?
- 20) Telefon santrali var mı?
- 21) Yangın merdiveni var mı? Yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

İl Sağlık Müdürlüğü

Müdürlüğü

İl Bayındırlık ve İskan

**(İncelemeyi yapan yetkililerin)
yetkililerin)**

(İncelemeyi yapan

Adı-Soyadı-Görevi

Adı-Soyadı-Görevi

İmza

İmza

Açıklama: Müşterek teknik raporda; hastanenin hizmet vermek istediği hastane türü, binanın niteliği, kat sayısı, tüm katlardaki hasta odalarının, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı ve nitelikleri, yatak sayısı ve sınıfları, bütün birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlara uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilmelidir.

EK-10

ÖZEL HASTANE AÇILIŞINDA İSTENECEK BELGELER LİSTESİ

Başvuru dilekçesinde:

- a) Hastanenin adı,
- b) Hastanenin yeri, açık adresi, telefonu,
- c) Hastane sahibinin açık ismi,
- d) Hastane yapısı ve yapının nitelikleri,
- e) Hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceği,
- f) Hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı

belirtilir.

Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

- a) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,
- b) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya valilik tarafından onaylanmış tam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı üç takım mimari proje,
 - c) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesi,
 - d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,
 - e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği veya vakıf tarafından açılacak ise, vakıf senedinin bir örneği,
 - f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,
 - g) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu,
 - h) Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin noter tasdikli örneği,
 - i) Mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı ile ilgili olarak;
 - 1) Özel hastanede mesul müdür veya mesul müdür yardımcısı olarak çalışacağına ilişkin noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,
 - 2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgeler,
 - 3) Resmî veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,
 - 4) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,
 - 5) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,
 - 6) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,
 - 7) Adli sicil kaydı,
 - 8) Tabip odası kayıt belgesi,
 - 9) İkametgah belgesi,
 - i) Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi, hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme örneği ve diplomasının örneği,
 - j) EK-3’e göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri,
 - k) EK-4’e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi,
 - l) EK-5’e göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi,
 - m) EK-6’ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin onaylanmış listesi,
 - n) İlgili dal uzmanlarının raporu,
 - o) Tıbbî atık raporu,
 - ö) Müşterek teknik rapor.

EK-11
ÖZEL DAL HASTANELERİNİN ALT YAPI STANDARTLARI
VE
BAZI UZMANLIK DALLARINDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ STANDARTLAR

a-) Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile kadın hastalıkları ve doğum dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, bu yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

- 1) Doğum yapan hastaların yatacağı hasta odalarında bir bebek yatağı bulunması,
- 2) On hasta yatağı için iki yenidoğan yoğun bakım yatağı, ilave her on hasta yatağı için de iki adet olmak üzere yenidoğan yoğun bakım yatağı ayrılması,
- 3) Doğum odası ile bağlantılı bir sancı odası olması,
- 4) Sancı odasında tuvalet ve lavabo bulunması,
- 5) Bebek Dostu Hastane çalışmalarından sorumlu bir personel görevlendirilmesi ve sorumlu personel görevinden ayrıldığı takdirde en geç altı ay içinde yeni bir personelin görevlendirilmesi,
- 6) Poliklinik katında veya çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği yakınında emzirme mekanı oluşturulması ve yönlendirme işaretleri ile gösterilmesi,
- 7) Doğum salonunda görev yapan personelden en az iki kişinin neonatal resüsitasyon programı eğitimi almış olması,

gerekir.

Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek dal hastanelerinde;

- a) Doğum sırasında ve doğum sonrasında hastanedeki yenidoğana hizmet verilmek üzere çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya neonatoloji uzmanının bulundurulması,
- b) Kadın sağlığı polikliniği, jinekoloji polikliniği , menopoz polikliniği, gebe izlem odası, diyet polikliniği, aile planlaması ve uygulama odası, seminer odası ve psikolog odasından oluşan aile planlaması ve uygulama ünitesi, jinekoloji müdahale odası ve NST odası olarak ayrı ayrı düzenlenir veya bu hizmetlerin verilmesine uygun olarak düzenlenen en az iki adet olmak üzere yeterli sayıda poliklinik odası bulunmalıdır.
- c) **(Değişik:RG-15/2/2008-26788)** Biyokimya laboratuvarı ile mamografi bulunur.

Ayrıca;

Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde veya kadın sağlığı polikliniğinde, her kadının izlem protokolüne göre izlenmesinin sağlanması,

Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde veya jinekoloji polikliniğinde, genital kanser taraması için her kadından servikal smear alınması, her kadına kendi kendine meme muayenesi öğretilmesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon taraması yapılmasının sağlanması,

Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde veya aile planlaması ve uygulama odası aile planlaması danışmanlığı için aile planlaması eğitimi verecek sağlık personeli olarak ebenin bulundurulması gerekir.

b-) Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi

Enfeksiyon hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile enfeksiyon hastalıkları dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, bu yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

- 1) Poliklinik odası ve bu hastalar için düzenlenmiş hasta odaları, yeterli hava akımı olacak ve UV ile yüzey ve hava dezenfeksiyonu yapılabilecek şekilde planlanır. Zemin mikrop tutmayacak şekilde köşesiz planlanır ve döşenir.
- 2) Solunum yalıtımı gereken hastalar için en az bir yalıtım odası ayrılır.
- 3) Enfeksiyon hastalığı dal hastanesi ve genel hastanelerden hasta yatak sayısı 100 ve üzeri olan hastanelerde bulaşmaya sebebiyet vermeyecek şekilde banyosu, tuvaleti ve lavobosu bulunan en az bir adet negatif hava basıncı odası ayrılır.

4) Enfeksiyon hastalığı dal hastanesinde ve genel hastanelerin enfeksiyon hastalıkları dalında kabul ve tedavi edilecek hastalarda; kullanılan tıbbî malzeme, yemek kapları, salgı ve boşaltım kaplarının dezenfeksiyonu için "enfeksiyon kontrol programı" doğrultusunda işlem yapılır.

5) **(Değişik:RG-15/2/2008-26788)** Mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.

6) Acil ünitesi ve genel yoğun bakım ünitesi bulunur.

c-) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde bu Yönetmelik ile öngörülen asgarî standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir.

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesi olarak ve genel hastane içinde Ruh sağlığı ve hastalıkları kliniği şeklinde kurulabilir.

1) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dal hastanesinde veya genel hastane içinde açılacak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniklerinde güvenlik esastır. Bina duvar, pencere ve kapıları ile iç dizaynı hastaların kaçmalarına, kazaya ve zarara uğramalarına engel olacak şekilde yapılmalı. Genel hastane içinde açılacak kliniklerin hastanenin diğer birimleri ile güvenlik açısından giriş çıkışlarda izolasyonu sağlanmış ve klinik giriş kapısı denetim altında olmalı. Genel bir hastanede hastaların intihar olasılığı da göz önüne alınarak alt katlarda olması tercih edilmelidir.

2) Güvenlik açısından pencere çerçeveleri sağlam malzemelerden ağır darbelere dayanıklı olmalıdır. Pencere camları kırılmaz olmalı ve pencere kolları çıkarılabilir olmalıdır. Hastaların personelden bağımsız olarak kullanabildiği pencerelerde güvenliği sağlayacak şekilde özel çelik kafesler olabilir ancak bu kafesler kliniğin dışarıdan görünümünü estetik açıdan olumsuz olarak etkilememelidir.

3) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hasta odaları ve hastaların genel kullanımına açık odalar dışındaki tüm bölümler kilit altında olmalı ve bunların anahtar ve yedek anahtarlarına personelin ulaşılmasını sağlayacak sistem bulunmalıdır. Personelin kullanacağı tek tip anahtarların tüm kapıları açabilir özellikte olması tercih edilmelidir.

Hasta oda kapıları dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip olmalıdır. Hasta odalarında intihar riskine karşı banyoda ki askılıklar bel hizası altında tutulmalı veya otuz kilo üstünde ağırlığı taşıyamaz özelliği olmalıdır. Banyoda kırılmaz özellikli ayna duvara gömülü olmalıdır. Hasta banyo ve tuvaletlerin de kapılar dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip olmalıdır.

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hasta odalarında elektrik prizleri ve düğmeleri oda dışında olmalı veya sistem 12 volt özelliğinde olmalıdır. Aydınlatma ampulleri hasta tarafından ulaşılamaz ve müdahale edilemez şekilde olmalıdır.

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde bu uzmanlık dalı için ayrılmış klinikte de aynı özellikler bulunur.

4) Kalorifer tesisatı ve radyatörler dayanıklı malzeme ile örtülmelidir.

5) Katlardan yangın merdivenlerine geçişlerde gerekli teknik ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.

6) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde, hasta katlarında muayene ve tedavi odası bulunmalıdır. Tedavi odası müdahale odası olarak ta düzenlenebilir.

7) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde bir EKT odası ve bağlantılı olarak bir tedavi sonrası izlem odası düzenlenmelidir. EKT odası, genel anestezi uygulamasına uygun donanıma sahip olmalıdır.

8) Hemşire ve sağlık personelinin serviste ki görev yeri, servisin her alanını sürekli denetleyecek şekilde düzenlenmeli ve hemşire odası bulunmalıdır.

9) Özel durum arzeden hastalar için özel donanımlı odaların duvarları yumuşatılmış olmalı. Bu tür hasta oda kapılarında 'gözlem pencereleri' bulunmalı. Bu pencerelerin boyutları mahremiyeti bozmayacak ve hastanın gözlemlenmesi için yeterli genişlikte kırılmaz camdan olmalıdır.

10) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hastaların toplu olarak vakit geçirebilecekleri ve toplu olarak yemek yemeye uygun, televizyon, radyo, müzik yayını gibi teknik donanımlara sahip geniş bir gündüz odası ve yeterli genişlikte uğraş odası/atelyesi düzenlenmelidir.

11) Ruh sađlıđı ve hastalıkları dal hastanesinde poliklinikte muayene odaları dıřında grüşme odası, bekleme salonu ve bir sekreteryaya bulunmalıdır.

12) Ruh sađlıđı ve hastalıkları dal hastanesinde acil ünitesinde; güvenlik birimi, muayene odası, duvarları hastaların kendilerine zarar vermelerini önleyecek şekilde yumuřatılmıř mdahale odası ve mřahade odası ile personel odası bulunmalıdır.

13) Ruh sađlıđı ve hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde hasta genel dosyasına ek olarak ayrı bir hasta dosyası tutulmalı ve bu dosyalar genel arřivden farklı yerde řifre ile korunmalıdır.

Ruh sađlıđı ve hastalıkları dal hastanesinde ise tm hasta kayıtlarının bu řekilde korunmalıdır.

14) Ruh Sađlıđı ve Hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde ruh sađlıđı ve hastalıkları uzmanlık dalında zellik arzeden hastalar iin yukardaki zellikleri tařıyan ve gerekli nlemleri alınmıř en az iki hasta odası bulunmalıdır.

d-) Gz Hastalıkları Hastanesi

Gz hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastanelerinde bu ynetmelikte ngrlen asgari standartlara ilave olarak;

1) En az iki adet olmak zere yeterli sayıda gz polikliniđi, ve tetkik odaları veya nitelerinde;

- a) Argon lazer,
- b) YAG lazer,
- c) Bilgisayarlı grme alanı,
- d) Arka segment Ultrasonografi cihazı,
- e) Biyometrik ultrasonografi cihazı,
- f) Gz anjio sistemleri (FFA-ICG),
- g) Korneal grntleme sistemleri;

- 1)Topografi,
- 2)Pakimetre,

bulunmalıdır.

2)Hasta yatak sayısı otuz ve altında bulunan gz dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir.

3) **(Deđiřik birinci cmle:RG-15/2/2008-26788)** Gz dal hastanelerinde radyoloji ve diđer laboratuvarlar kurulmaz. Ancak bu hastanelerde gerekli olan kan, idrar ve gaita tetkikleri iin hastane bnyesinde numune alma odası oluřturulur ve personeli bulunur.

4) Hasta yatak sayısı otuz ve altında bulunan gz dal hastanelerinde genel anestezi altında yapılacak ameliyatlarda anestezi ve reanimasyon uzman tabibi bulunması řartı ile anestezi ve reanimasyon uzman tabibinin kadrolu- tam zamanlı olarak bulunması gerekmez.

5) Gz dal hastanelerinde yođun bakım yatađı bulunması zorunlu deđildir.

6) Gz dal hastanelerinde acil nitesi; gz uzmanlık dalının gerektiđi acil nitesinden oluřur. Acil muayene ve mdahale odasında ařađıda belirtilen bulunması gereken ara- gere ve tıbbi sarf malzemesi bulunur. Acil muayene ve acil mdahale odası birlikte dzenlenebilir. Acil mřahade odası ayrıca dzenlenmeyebilir. Mřahade odasında yatırılması gereken hastalar hasta odalarında mřahadeye alınabilir.

Acil nitesinde ařađıdaki ara-gere ve tıbbi sarf malzemesi bulunur.

- 1) Biomikroskop
- 2) Flourescein strip
- 3) PPD enjektr
- 4) Lavaj iin kanl
- 5) 90 D lens
- 6) Steril pens
- 7) Oftalmoskop ve retinoskop
- 8) Porteg
- 9) Gz eřeli
- 10) Bleforesta

- 11) 15°-30°-45° bıçaklar
- 12) Muhtelif sütürler
- 13) Sütür pensi
- 14) Göz bandajı Randel
- 15) Tromel
- 16) Göz uzmanlık dalının gerektirdiği ilaçlar ve sarf malzemesi

e-) Onkoloji Hastanesi

Onkoloji hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile onkoloji hastalıkları dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

- 1) Bina, merkezi klima, medikal gaz sistemi, monitorizasyon sistemi, yangın alarm sistemi, seslendirme sistemi ve nem, soğutma sistemi gibi özellikli bina projesine uygun olmalı
- 2) Onkoloji hastanesinde, koridor ve merdivenler kaymayan ve silinebilir malzemeden olmalıdır. Hasta katlarında hemşire bankalarında müdahaleye hazır acil ekipman ve hasta yatak katlarında tek kullanımlık sürgü için sürgü imha ve depo odaları bulunmalı,
- 3) Medikal onkoloji dalında hizmet verecek olan onkoloji hastanesinde ameliyathane ve cerrahi yoğun bakım hasta yatağına gerek olmayıp dahili hastalar için dahili yoğun bakım hasta yatağı bulunan yoğun bakım ünitesi bulunmalı,
- 4) Radyasyon Onkolojisinde hizmet verecek olan onkoloji hastanesinde; personel olarak radyasyon onkoloji uzmanı ile fizik mühendisi bulunmalı ve araç-gereç olarak megavoltaj cihazı, similatör ve tedavi planlama bilgisayarı bulunmalı,
- 5) Hastaya acil müdahale edebilecek acil ünitesi ve tam donanıma sahip ambulans bulunmalı,
- 6) Kemoterapi hazırlama ve uygulama ünitesi, endoskopi ünitesi, diyetisyen ve beslenme ünitesi bulunmalı.
- 7) Medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ile anestezi ve ağrı polikliniği bulunmalıdır.
- 8) **(Değişik:RG-15/2/2008-26788)** Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.

f-) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

- 1) Hasta odaları tekerlekli sandalye kullanımı için yeterli manevra alanına sahip olmalıdır.
- 2) Lavabo, banyo ve tuvaletlerde tekerlekli sandalye transferini kolaylaştırmak için tutunma barları ve tekerlekli sandalye manevrası için serbest hareket alanı bulunmalıdır.
- 3) Seviye farkı olan yerlerde bağlantı rampalarla sağlanmalı, rampanın uygun eğimde ve genişlikte olmalı, rampanın iki taraflı el trabzanı bulunmalı ve rampa zemini kaymaya dirençli olmalıdır.
- 4) Kapı ve pencere tutamakları ile musluklar hastaların özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikte olmalıdır.
- 5) Yangın ve depreme karşı kapılar kolay açılabilir olmalıdır.
- 6) Elektroterapi bölümü, hidroterapi bölümü, mekanoterapi ünitesi, egzersiz salonu, psikoterapi ünitesi, iş-uğraşı ünitesi ile dinlenme ve rekreasyon alanları bulunmalıdır.
- 7) **(Değişik:RG-15/2/2008-26788)** Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.

g-) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastanelerinde bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

- 1) Süt çocuğu hasta bakım servisi ve yoğun bakım servisi, yenidoğan ve prematüre bakım servisi ve fototerapi ünitesi, kan değişim odası, izolasyon odası bulunmalı,

- 2) En az iki adet genel çocuk polikliniđi bulunmalı,
- 3) Poliklinikler, cilt rengini görebilecek şekilde aydınlatılmalı ve yeterli havalandırma sağlayacak şekilde pencere sistemi bulunmalı.
- 4) Otoskop ve oftalmoskop seti duvara monte edilmeli,
- 5) Muayene hazırlık ve tartı odası, psikolog odası, diyetisyen odası, eğitim materyallerinin bulunduğu ishal ve rehidratasyon odası ayrıca düzenlenebilir.
- 6) Emzirme ve alt deđiştirme odası bulunmalıdır.

h-) Kalp ve damar Cerrahisi hastanesi

Kalp ve damar Cerrahisi hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

- 1)Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi ile diyetisyen polikliniđi bulunmalı.
 - 2) Çocuk ve yenidođan kalp cerrahisi yapılması durumunda; yenidođan polikliniđi ve çocuk kardiyoloji polikliniđi bulunmalı.
 - 3)EKG, EKO, eforlu EKG ve holter test odası, kateterizasyon ve anjiyografi bölümü, koroner ve cerrahi yoğun bakım, biyokimya laboratuvarı, tıbbî fotođrafhane bulunmalıdır.
- Ayrıca;
- a) Bir adet kalp katerizasyon ve anjiyografi cihazı
 - b) Bir adet transtorasik ve transözofagal propları ile beraber ekokardiyografi
 - c) yeteri kadar EKG, eforlu EKG, Holter monitörü,
 - d) Bir adet kalp akciđer makinesi, sođutucu-ısıtıcı ve blanketleri
 - e) Bir adet intraaortik balon pompası,
 - f) Kan gazları cihazı,
 - g) Periferik vasküler doppler ,
 - h) Portatif röntgen,
 - i) Portable veya sabit hemadiyaliz cihazı,
 - j) Pace maker,
 - k) Yođun bakımlar için yođun bakım yatak sayısı kadar volümetrik respiratör, en az iki basınçlı monitör,
 - l) Yođun bakım ve her hasta katı için defibrilatör,
 - m) Taşınabilen respiratör ve monitörler bulunmalıdır.

ı-) Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi

Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

- 1) Dahiliye, çocuk, diş, KBB, göz, üroloji, ortopedi, nöroloji, nöroşürürji, kardiyoloji, genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, göđüs cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniđi ile psikiyatri polikliniđi bulunmalı.
- 2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi bulunmalı.
- 3) Teşhis üniteleri olarak radyoloji ünitesinde, DSA ünitesi, MRI ünitesi, IVP odası, renkli doppler odası, TV'li cihaz odası, kateterizasyon ve anjiyografi bölümü, kan gazları laboratuvarı bulunmalı.
- 4) Koroner yoğun bakım ve cerrahi yoğun bakım ünitesi bulunmalı.
- 5) Diyaliz ünitesi bulunmalıdır.
- 6) Ameliyathanede transplantasyon merkezi, alçı mahallinin bulunduğu genel cerrahi ameliyathane salonu düzenlenmelidir.

i-) Adli Tıp Uzmanlık Dalının Gerektirdiđi Asgarî Standartları

Özel hastanelerde adli tıp uzmanlık dalında hizmet sunumu olması durumunda bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Birbiri ile bağlantılı iki odadan ibaret olan poliklinik odası bulunur. Muayene odasında, muayene masası dışında jinekolojik muayene masasında bulunur.

2) Hasta genel dosyasına not düşülerek hasta genel dosyasına ek olarak adli tıp hastaları için ayrı bir hasta dosyası tutulmalı, dosya içinde aydınlatılmış onama izninin alındığını gösteren belge bulunmalı ve bu dosyalar genel arşivden farklı yerde şifre ile korunmalıdır. Raporların düzenlenmesi ve gönderilmesinde gerekli tedbirler alınarak gizlilik kurallarına uyulmalıdır.

3) **(Değişik:RG-15/2/2008-26788)** Radyoloji ve biyokimya laboratuvarı bulunur.

4) Nesep tayini ile çeşitli leke tayini olarak moleküler genetik inceleme tayini yapılacaksa moleküler biyoloji laboratuvarı kurulması zorunludur.

5) İlgili mevzuatta belirtilen ve Adli Tıp Kurumu ile Sağlık Bakanlığı sağlık kuruluşlarında kullanılan formlarına uygun raporlar düzenlenir. Adli Tıp Kurumu istatistik formları esas alınarak üçer aylık dönemler halinde yapılan işlemlere ait bilgiler Müdürlüklere bildirilir.

6) Adli tıp polikliniği hizmet sunumunda; adli travmatoloji ve genel muayene, yaş tayini, moleküler genetik inceleme, madde bağımlılığı tespiti, meslekte kazanma gücü kaybı olarak maluliyet tespiti sunumu yapılabilir.

27166)

(Değişik.R.G.-11/3/2009-
EK-12

PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ

| | |
|---|--|
| ÖZEL HASTANESİ | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Fotoğraf</div> | |
| Tarih : | |
| Belge No : | |
| <u>PERSONELİN</u> : | |
| ADI ve SOYADI : | |
| T.C. KİMLİK NO : | |
| UNVANI : | |
| GÖREVİ : | |
| BABA ADI : | |
| DOĞUM YERİ/TARİHİ : | |
| MEZUN OLDUĞU OKUL/FAKÜLTE: | |
| DİPLOMA TARİH ve NO : | |
| UZMANLIK BELGESİ TARİH ve NO: | |
| Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin Hastanesinde, (kadrolu-kısmi zamanlı-konsültan)..... olarak mesleğini icra etmesi uygun görülmüştür. | |

Düzenleyen
Mesul Müdür

Onay
İl Sağlık Müdürü

Tabibin kadrolu, kısmi ve/veya konsültan çalıştığı yerler belgenin arkasına işlenir.

''